

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

03.09.2021

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 09/09/2021 tarih ve saat 15:00 'a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65
Fax Numarası :0414 318 94 23
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Mehmet GÜMER
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARIÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU	2.000	KG		
2					
TOPLAM					

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞANLIURFA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ
AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI



HASTANE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ /2021

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeye ihtiyaç görüldüğünden Satın Alınması / Onarımın yaptırılması için gereğini bilgilerinize Arz / Rica ederim.

İmza
Döner Sermaye Ambarı:
Mevcudu
Vardır Yoktur

İmza
Ambarda:
Mevcudu
Vardır Yoktur

İmza
Eczane:
Mevcudu
Vardır Yoktur

İstekte Bulunan(lar):

Birim Sorumlusu

Başhekim Yrd / Müdür Yrd.

S. Yılmaz

Selvak YILMAZ

S.No	Satın Alınacak Onarılacak Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Tutarı
1	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU	2000	KG		

BAŞTABIPLIK MAKAMINA UYGUN GÖRÜŞLE
ARZ EDERİM

Döner Sermaye
Satın alma Memuruna

Satınalma Birimi
Kayıt No :

/ /2021
İdari ve Mali İşler Müdürü
Kemal KILINC

OLUR
/ /2021
OP.DR. Mehmet GÜMER
Hastane Yöneticisi / Baştabip

Mehmet Gümer

**SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Beyaz renkli ve tablet şeklinde olmalıdır. Tablet boyutları eşit olmalıdır.
2. "A sınıfı" rafine edilmiş kuru kaya tuzundan, tuzun hammaddesinin kaya tuzu olduğu belgelenmelidir. Tablet şeklinde imal edilmiş olmalı, içeriğinde reçine, filtre ve membranları olumsuz yönde etkileyecek (tortu, kil, çamur, kum vs.) yabancı maddeler içermemelidir.
3. İlgili TSE standardına (TS EN 973 / 27.04.2003) uygun TSE belgesinin aslı veya noter onaylı sureti teklifle birlikte sunulmalıdır.
4. Temiz, berrak bir tuzlu su çözeltisi sağlamalıdır.
5. Nem oranı en çok %0,3 olmalıdır.
6. İçerisindeki (NaCl) oranı en az %99 olmalıdır.
7. İçerisindeki Kalsiyum oranı en çok 0.8 mg/kg olmalıdır.
8. Toplam sertlik (%10 luk çözeltide) 1,3-1,5 Fr olmalıdır.
9. 25 kg'lık çift katlı iç poşetli polipropilen jüt çuvallarda olmalıdır.
10. Tuz torbalarının üzerinde ürüne ait bilgiler (üretici, marka vb) yer almalı, üretim yılı belirtilmelidir.
11. Yumuşatma sisteminde kullanmaya uygun olmalıdır.
12. En az iki rafine edilmiş olmalıdır.
13. Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olmalıdır.
14. Numuneler normal olmasına rağmen işletmeye ihale sonrası sevki yapılacak olan tuzların filtrelerin optimum seviyede çalışmasını engellemesi ya da filtrelerin çalışmasında kullanılan valf gruplarına zarar vermesi durumunda yüklenici firma zararı karşılamakla yükümlüdür ve elverişsiz tuzlar depoda ayrılarak firmaya iade edilecektir.
15. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
16. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uygunluk kararı kullanımdan sonra ve muayene komisyonunun onayı ile verilecektir. Değerlendirme için orijinal ambalajında 25 kg'lık 1 (bir) torba numune bırakılacaktır.
17. Herhangi bir nedenle tüketilmeyen ürünler sözleşme süresince son kullanma tarihinden 3 ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.
18. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.
19. Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
20. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir. Hatalı üretim malzemenin alındığı hastanede ürünü teslim eden firma ilgili kliniğin iki kullanıcı hekimi tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilmesi ile firma 24 saatte malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez aynı malzemede üretim hatası ilgili branş hekimi tarafından tespit edilirse firma geri kalan tüm malzemeleri 24-48 saatte değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim için ücret talep edemez. Değişim için aynı ihalede teklif verilen ürünler arasından mevcut firmadan daha yüksek teklif veren ürünlerden birisi olmalıdır.

Selçuk YILMAZ
S. Yılmaz

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Onur MERT
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

GEREKGE

Hastanemize Diyaliz Servisinde kullanılmak
üzere su arıtma yongalarına cihaz için tuz
ihtiyacımız bulunmaktadır.
Geriye Amr Ederim.

Selami YILMAZ
S. Yılmaz

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Onur MERT
Akçakale Devlet Hastanesi
Tasınır Kayıt Yetkilisi