

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

1.8.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 01.08.2019 tarih ve saat 16:00'a kadar Baştabipliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Dr.Şeyhmus GÖZ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Mahm / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	OKSİJEN TANKI BAKIM ONARIMI	1	ADET		
2	0	0	0		
3	0	0	0		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
		0	0		
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
10. Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.
11. Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
12. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

OKSİJEN TANKI BAKIM ONARIM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Tankın seviye göstergesi ve basınç göstergesi değiştirilip tekrar kalibre edilmelidir.
- 2) Emniyet valfleri değiştirilmelidir.
- 3) Vanalar kontrol edilip conta değişimleri yapılmalıdır.
- 4) Regülatör değişimi yapılacak, basınç dengesi ayarlanmalıdır.
- 5) Evaporatörlerdeki ve eklem/birleşim yerlerindeki kaçağlar giderilmelidir.
- 6) Tank kontrol vakumuna alınacak, ideal vakum değeri sağlanmalıdır.
- 7) Tankın dış boyaması yapılmalıdır.
- 8) Yüklenici firma, biyomedikal birim ve likit oksijen temin edilen firma ve teknik servisle kordineli olarak çalışacaktır.
- 9) Bakım onarım işlemi bittikten sonra tank kullanımı ve dolumu ile ilgili eğitim verilecektir.
- 10) Değiştirilen tüm parçalar tankla birebir uyumlu olmalı, eski parçalar biyomedikal teknik servise teslim edilmelidir.

Kemal KILIN
Akcalı Biyomedikal Servisi
Sorumlu Yardımcısı

Canan KORKMAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Sakunin TOI
MEMRE