



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

01.04.2022

PIYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	TRANSPORT KÜVÖZ BAKIM ONARIMI	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 06/04/2022 - 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

- NOTLAR:
1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 2. **Ödeme:** muayene kabul işlemi yapıldıktan sonra damga vergisi ile varsa vergi borcu vedüştürerek **250 gün** içerisinde yapılır
 3. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
 4. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500 Akçakale/Şanlıurfa
e-posta : satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tlf : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0 414 471 40 03 - 0 414 318 94 65

kapsamında Uyarı Sistemi; tıbbi cihazların kullanımı esnasında, cihazın performansında bozulma ve/veya uygunsuzluk eksiklik nedeniyle hasta, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin sağlığında ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan/ sonuçlanabilecek olayların izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci kapsamında ilk önce ilgili kullanıcının hastanesine bilgi verilecek düzeltme işlemi derhal yapılmassa Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bilgi verilecektir. Kullanıcının düzeltme işlemi yapmamasından dolayı oluşacak tüm olaylardan üretici firma ve yetkili firması hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez.

4. ARIZAYA MÜDAHALE ESASLARI

4.1. Mesai saatlerindeki arızanın giderilmesi: Ortaya çıkabilecek muhtemel bir arıza halinde bu durum derhal firmaya faks ile bildirilecek, firma ihbarı aldıktan sonra en geç 72 saat içerisinde teknik servis hizmeti verecektir.

4.2. Gerekli olan yedek parçanın kurumca piyasadan teminini müteakip en geç 60 gün, firmadan siparişini müteakip en geç 60 gün, şayet ihtiyaç duyulan parça firmaca yurt dışından temin edilecekse, en geç 180 gün içerisinde cihaz faal hale getirilmek zorundadır. Firma tarafından temin edilen elektronik yedek parçalara, en az 6 ay GARANTİ verilecektir.

5. BAKIM VE ONARIM ŞARTNAMESİNE DAHİL OLMAYAN HUSUSLAR

5.1. Grev, lokavt, savaş, doğal afetler, yangın, su baskını, patlama, terör, soygun ve hırsızlık ile üçüncü şahısların ihmalden kaynaklanan hasarların giderilmesi şartname hususları dışındadır. Ancak, yapılan bakım-onarımla bağlantılı olarak, bakım-onarım esnasında olabilecek her türlü yangın, patlama vb. durumlardan ve buna bağlı zararlardan firma sorumludur.

DİĞER HUSUSLAR.

6.1 Değiştirilmesi gereken yedek parçaların (üretici firmanın onayladığı resmi belgeyle) firma ve kurum tarafından yapılan tespitinden sonra, kurum fiyatı uygun görürse firmadan temin etmelidir.

6.2. Arızalı cihazların tamiri mümkün olduğunda yerinde giderilmeli, atölyeye gitmesi zorunlu olursa nakil işlemleri tümüyle firmaya ait olacaktır.

6.3. Cihazlara bakım teklifi veren firmanın TSE cihaz bakım onarım teknik hizmet yeterlilik belgesi ve üretici firmadan alınmış olan servis ve servis elemanlarının düzenli yeni gelişen yazılım donanımına uygun olduğunu gösteren yetki belgesinin aslı, aslı idarecede görülmüştür veya noterce onaylanmış suretini teklifleri ile birlikte sunmalıdır. Bu sertifikaları teklif mektubu ile birlikte sunmalıdır. Belgesi olmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

6.4. Yüklenici firma, bakım-onarım hizmetini başka bir firmaya devredemeyecektir.

7. SÖZLEŞME ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

7.1. Teknik şartnameye uygunluk belgesi; Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar " marka model cihazı Bakım-Onarım Hizmeti Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi", başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. (Vekaletname ve imza sirküleri ile)

7.2. Bakım onarımı yapacak firmanın, teklif verdiği cihazın cins ve markasını kapsayan TS 12426 standardı "yetkili servisler tıbbi cihazlar için kurallar" kriterlerine sahip TSE tarafında verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi.

7.3. Firmaların İSO ve CE belgeleri

7.4. Cihazların üretici firmaları tarafında verilmiş ilgili cihazlara ait özel bakım onarım **yetki belgesi**.

7.5. Üretici firmalar için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi.

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

Özgür MERT
Akçakale Devlet Hastanesi
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

H. BİRDE

GEREKGE

Hastanemize Yeri dogen yagun bakim
Seruvenle bulunan transport kuvveci Ayn
bakim onarm gerekenek belde
Geregiyle Ara Edinim

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Onur MERT
Akçakale Devlet Ha
Taşınır Kayıt Yetk...

Haluk Oruçoğlu
gü