

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

18.3.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 25.03.2019 tarih ve saat 16:00'a kadar Baştabipliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Dr.Şeyhmus GÖZ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	BUHAR OTOKLAVI BUHAR KAPANI KONDESKOP	1	ADET		
2	OTOKLAV ISITICI DİRENÇ REZİSTANSI	4	ADET		
3	0	0	0		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA			
FİRMA İSMİ	:		
TEBLİGAT ADRESİ	:		
VERGİ DAİRESİ VE	:		
TELEFON VE FAX	:		

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

REZİSTANS-KONDENSTOPTEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Yapım işlemi ve gerekli diğer belgeler için tüm kargo ücreti firmaya aittir.
2. Yüklenici firma ,üretici firmadan alınan yetki belgesine ve hizmet yeri yeterlilik belgesi sunmalıdır.
3. Parça takıldıktan sonra gerçekleşecek herhangi bir sorunda firma sorumlu tutulup her türlü masraf firmaya aittir

GARANTİ, MONTAJ, EĞİTİM VE DİĞER HUSUSLAR

1. Alınacak ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.
2. Yüklenici firma tarafından teklif edilen cihazın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında ya da Ürün Takip Sistemi'nde (TİTUBB)/(ÜTS) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu satın alma dokümanları içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB/ÜTS ve MKYS'den kontrol edilir.
3. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.
4. Sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim süreçlerinde tedarikçiler tarafından düzenlenen irsaliye ve faturada alınan cihazın MKYS Malzeme tanımları ile marka, model ve seri numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekir. MKYS ismi kullanılmayan faturalar ödenmeyecektir.
5. İdare tarafından UBB si istenen fakat firma tarafından **UBB kapsam dışı** olarak belirtilen cihazlar için TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)'dan alınmış kapsam dışı beyanı sunulmalıdır. Firmanın kendi beyanı geçerli değildir.
6. Garanti süresi boyunca bakım, onarım yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlarında künye numarası dolduracak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel tarafından bu alan doldurulmalıdır.



Çıkan KOPYMA
Taahhüt Kayıtlı



KONDENSTOP ŞARTNAMESİ

1 adet

- Yarım parmak ölçüsünde olmalıdır.
- Otoklav cihazın buhar tahliye sisteminde kullanmaya uygun olmalıdır.
- 150°C 'ye dayanıklı olmalıdır.
- TRANS marka ORJİNAL olmalıdır
- Giriş ve çıkışlarda orijinal filitre mekanizmasına sahip olmalıdır
- . üretici belge tse ve iso belgeleri olmalıdır
- . ürün teslimatında bu belgeler sunulacaktır
- . Tedarikçi firmaların iso 9001 belgeleri tıbbi cihaz daire başkanlığı satış belgeleri ürün teslimatında gösterilecektir.

Murat Kılınç



Mehmet TEKİNCEL
M.TS

REZİSTANS ŞARTNAME

hade

- . Trans marka cihaza uyulmu olmalıdır
- . Çekme boru rezistansı olmalıdır
- . Maksimum güç çekimi 12.5 kw olmalıdır
- . Bağlantı kurulumu trans marka cihaza uyumlu olmalıdır
- . Parça orijinal olmalıdır
- . üretici belge tse ve iso belgeleri olmalıdır
- . ürün teslimatında bu belgeler sunulacaktır
- . Tedarikçi firmaların iso 9001 belgeleri tıbbi cihaz daire başkanlığı satış belgeleri ürün teslimatında gösterilecektir.

Murat Kılıç



Mehmet TEKİN

