



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

25.08.2022

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	STERİLİZASYON POMPASI DEĞİŞİMİ VE YAN EKİPMANLARIN REVİZYONU	1	BAKIM			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 01.09.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

NOTLAR:

1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tlf : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

TEKNİK ŞARTNAME

OTOKLAV SU BESLEME POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. POMPA KISMI PROM PASLANMAZ OLACAK
2. 220 VOLT ŞEBEKE GERİLİMİ İLE ÇALIŞACAK
3. TSE BELGESİ OLACAK
4. BAĞLANTI KISMI 1 İNC OLACAK
5. MAKSİMUM 6 BAR BASINC SAĞLAYABİLECEK

SU POMPASI OTOMATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AYARLI OLACAK
2. ÇİFT KONTAK OLACAK
3. 10 AMPER OLCAK
4. KORUMA KAPAĞI OLACAK
5. BAĞLANTI KISMI MEVCUT TESİSATA UYGUN OLACAK

GERNEŞME TANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 100 LT OLACAK
2. HAVASI BASILMIŞ OLACAK
3. ŞİŞİRME SİBOP OLACAK
4. SU BAĞLANTISI 1 İNC OLACAK

JEN CONTASI TEKNİK ŞARNAMESİ

1. OTOKLAV CİHAZININ JENERATÖRÜNE UYUMLU OLACAK
2. DELİKLERİ DELİNMIŞ OLACAK
3. EN AZ 3 MM KALINLIKTA OLACAK

ÇEKVALF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ½ " BAĞLATIDA OLACAK
2. SARI PRİNC MALZEME OLACAK
3. KLEPELİ OLACAK

SELONAİD VALF TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. SELONAİD VALF ½ DİŞ OALCAK
2. 220 V ENERJİ İLE ÇALIŞACAK
3. SARI METAL OLCAK

VANA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1 İNC BAĞLATIDA OLACAK
2. BUHARA DAYANIKLI OLCAK
3. PASLANMAZ YAPIDA OALCAK

ŞAMANDIRA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ¾ DİŞ BAĞLATIDA OLACAK


Bülent KONUR
Teknik Personel

2. PASLANMAZ METALDEN OLCAK
3. DEPODAKİ SU SEVİTESİNİ KONTROL EDECEK
4. SEVİYE AYARLI OLCAK

KAPAK CONTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TRANS OTOKLAV CİHAZINA UYUMLU OLCAK
2. 16MM KALINLIKTA VE 270 CM UZUNLUKTA OLCAK
3. SLKON YAPIDA OLCAK

KLEPE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MEVCUT CEKVBALFLERE BİREBİR UYUMLU OLCAK
2. SLİKON YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI OLCAK

SU ARITMA YÜKSEK BASINC POMPA TAMİRATI

1. POMPA SU BASMIYOR ARIZALI PARCALARIN DEĞİŞİMİ GEREKECEK

Tüm cihazların bakımı yapılacak olup onarımı yapılacak cihazın onarımı, onarımı yapılamayacak cihaz ise revize edilmelidir.


Bülent KONUR
Teknik Personel

