



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

01.04.2022

PIYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	TRANSPORT KÜVÖZ(PORTATİF BEBEK TAŞIYICI) VENTİLATÖR SETİ	10	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 07/04/2022 - 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

- NOTLAR:
1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 2. **Ödeme:** muayene kabul işlemi yapıldıktan sonra damga vergisi ile varsa vergi borcu vedüğüyle **250 gün** içerisinde yapılır
 3. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
 4. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500 Akçakale/Şanlıurfa
e-posta : satinalmaakcd@gmail.com
E mail : satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi için: Satınalma
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0 414 471 40 03 - 0 414 318 94 65

DISPOSABLE TRANSPORT VENTİLATÖR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Hasta devresi bölümde kullanılan Bio-Med marka MVP-10 model transport ventilatöre uygun olmalıdır.
- 2- Hasta solunum seti hastanemizin Yenidoğan ünitesinde mevcut olan infant tipi ventilatörlerde kullanılmak üzere yapılmış olmalıdır.
- 3- Hasta solunum seti yenidoğanlara uygun basınç kontrollü IMV, CPAP modunda çalışan ventilatörde kullanıma uygun olmalıdır.
- 4- Hasta solunum seti 500 gram ağırlığındaki prematüre bebeğin dahi ventilasyonuna olanak sağlamalıdır.
- 5- Hasta solunum seti;
 - a) Inspiratory supply line
 - b) Expiratory supply line
 - c) Exhalation valve supply line
 - d) Proximal airway pressure line
 - e) Exhalation valveolmak üzere beş parçadan oluşmalıdır.
- 6- Proximal airway line basınç sensörü olarak kullanılmalıdır. Ventilatör bu işlem için ayrı bir cihaza gerek duymamalıdır.
- 7- Set tek kullanımlık ve şeffaf olmalıdır.
- 8- Exhalation valve hasta solunum devresinin üzerinde yer almalıdır.

Zeynel Abidin TAŞIYAN
Hemşire

Uz. Dr. Ahmet BEY EKİN
Akçakale Devlet Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzm.
Dip. No: 162487

Uzm. Dr. İsmail KÜÇÜKASLAN
Çocuk Sağ. ve Hastalıkları
Dip. No: 142977
Akçakale Devlet Hastanesi

GEREKÇE

Hastanemizde kullanılmak üzere YENİDOĞAN servisinin **TRANSPORT KÜVÖZ (PORTATİF BEBEK TAŞIYICI) VENTİLATÖR SETİ** ihtiyacımız vardır.

GEREĞİNİ BİLGİLERİNİZE ARZ EDERİM.

Uz.Dr.Ahmet BEYTEKİN
Akçakale Devlet Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzm.
Dip.Tes.No:162487

Zeynel Abidin TAŞIYAN
Hemşire

Uz.Dr.Ahmet BEYTEKİN
Akçakale Devlet Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzm.
Dip.Tes.No:162487

Uzm. Dr. İsmail KÜÇÜKASLAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dip. Tes. No: 142977
Akçakale Devlet Hastanesi