



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

08.10.2022

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	ENDOVİZYON SİSTEMİ TEK SEFERLİK BAKIM ONARIMI	1	BAKIM			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 12.10.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

- NOTLAR:
1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
 3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ
TEK SEFERLİK BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ (YEDEK PARÇA/MAL ALIMI HARIÇ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) **İŞİN YERİ** : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi.
- 2) **İŞİN SÜRESİ** : 1 iş günü
- 3) **İŞİN TANIMI** : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi radyoloji biriminde kullanılan ve aşağıda teknik özellikleri ve bakım kapsamları belirtilen cihazların tek seferlik periyodik bakım ve onarım işidir.

ENDOVİZYON SİSTEMİ	LAPAROSKOPI CİHAZI	MED 15 MARKA	1 ADET	1 DÖNEM
---------------------------	---------------------------	---------------------	---------------	----------------

4) ŞARTNAME KAPSAMI :

4.1 Tek seferlik bakım hizmeti, koruyucu bakım, kalibrasyon, arıza giderimi (parça gerektirmeyen onarım), işlerini kapsamaktadır.

4.2 Firma bakım ve onarım hizmetini başka bir firmaya devredemez.

Murat KILINÇ
Akçakale Devlet Hastanesi
Mediyal Sorumlulu Hemşire

5) GENEL ONARAMIN VE PERİYODİK BAKIM KAPSAMI:

5.1 Firma sistemin bakım ve kalibrasyonu için gerekebilecek her türlü aleti kendisi temin edecektir.

5.2 Firma öncelikle arızalı parçanın onarımı yoluna gidecek, eğer parçanın onarılması mümkün değilse kurumdan yenisini almasını talep edecektir.

5.3 Yüklenici firma cihazların arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçaların listesini ve orijinal teknik şartnamesini hastane idaresine firmaların açık adres ya da kaşesini taşıyan servis bakım belgeleriyle birlikte verecek, arızalı parçalar kurum onayı alındıktan sonra değiştirilecektir.

5.5 Bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçaların yerine orijinal parçalar kullanılacaktır. Değişmesi gereken parça ve sarf malzemeler idare tarafından tedarik edilecek, değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine tutanakla teslim edilecektir.

5.6 Bakım ve kontrollerden sonra firma teknisyeni tarafından düzenlenerek imzalanmış üç nüsha SERVİS FORMU ile birlikte ekinde bir suret Test prosedürlerine Uygun TÜRKÇE yazılmış KORUYUCU BAKIM FORMU (Check-List) şeklinde Hastane Klinik Mühendislik Birimine teslim edilecektir. Servis formunun ikinci sureti teknik komisyonuna ya da Klinik Mühendislik Sorumlusuna teslim edilecektir. Üçüncü nüsha firmanın kendisinde kalacak ilk nüshası hak ediş talebi yapılırken faturayla birlikte idareye (muayene kabul birimine) sunulacaktır. Sonradan doldurularak gönderilen servis formları kabul edilmeyecektir.

5.7 Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servis bilgisi dahilinde de cihazlara müdahale edecektir.

5.8 Hastane idaresi tarafından yükleniciden temin edilen parça ve sarf malzemeler idarenin belirleyeceği tarihte, firma tarafından cihaza ücretsiz takılacaktır.

5.9 Arızalı cihazlar kurum dışına çıkarılmayacak, yerinde tamir edilmesi için gerekli yer kurum tarafından sağlanacaktır. Ancak her türlü alet firma tarafından temin edilecektir.

Yüksel DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

6. TEKLİF DOSYASINDA İSTENEN BELGELER:

6.1 Bakım onarım yapacak firma Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya TSE 12426 standardı " Yetkili Servisler-Tıbbi Cihazlar için Kurallar" kriterlerine sahip olmalıdır veya Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi kapsamı dışında olduğuna dair Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış KAPSAM DIŞI yazısını sunacaktır.

6.2 Firma teknik servis hizmetlerinde çalıştıracağı teknik personel isim, unvan listesi ve eğitim sertifikalarını sunacaktır.

6.3 Bakımı üstlenecek firmanın; üretici veya distribütör firmalar için, Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya ürünün kapsam dışı olduğuna dair belge, ilgili cihazın teknik servisi için Türkiye genelinde tek yetkili distribütör olduğunu gösteren belge veya servis vermeye yetkili olduğunu gösterir üretici firmadan veya distribütörden sözleşme yılı için hastanemize hitaben yazılmış yetkili servis belgesi veya bayilik belgesi ile teknik servis personeli eğitim sertifikalarını idareye sunacaktır.

6.4 Bakım onarım hizmetini yapacak olan teknik servis elemanlarının bakım onarım yapacakları cihazları kapsayan yeterli teknik eğitimi aldıklarını ve yetkilendirildiklerine dair belge ve eğitim sertifikaları sunulacaktır.

6.5 Bakım anlaşma kapsamında hizmeti sunacak teknik servis sağlayıcılarının ve bu kuruluştaki görev yapan ilgili teknik personelin ÜTS ' de kayıtlı olmalıdır

Murat KILIÇ
Akçakale Devlet Hastanesi
Ameliyathane Sorumlu Hemşire

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taahhüt Kayıt Yetkilisi