



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

25.10.2022

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ	2	ADET			
2	SCHANZ	3	ADET			
3	KLEMP	6	ADET			
4	ROD	3	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 01.11.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

- NOTLAR:
1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
 3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tlf : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

TUBULER EXTERNAL FİXTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sistem clamp leri 3,5,8,11 mm çapında olmalıdır.
- Sistem rodları 5,8,11 mm çaplarında olmalıdır.
- Sistem carbon rodları çapı 5mm olanlar 60mm'den 300mm'ye kadar 50'şer mm artmalıdır.
- Carbon Rodları çapı 8mm olanlar 150mm'den , 400mm kadar 50'şer mm artmalıdır.
- Carbon Rodları çapı 11mm olanlar 100mm'den ,400mm kadar 50'şer mm artmalıdır.
- Sistem içerisinde hem schanzı roda bağlamak için hemde rodu roda bağlamak için clamp seçenekleri olmalıdır.
- Sistemle birlikte 2,3,4,5,6 mm Çapında 70mm-220mm boy aralığında schanz seçenekleri ile kullanılabilmelidir.
- Sistem rodları tamamı kendi ekseninde 360 derece dönebilir.
- Sistem rod to rod clempi gerektiğinde schanz clempi olarak kullanılabilmelidir.
- Sistem 3,4 ve 5 schanz deliği bulunan ve T-clamp'leride bulunmalıdır.
- Sistem içerisindeki ara kilitli kollar ile T clamp başta L olmak üzere farklı seçeneklerde de kullanılmalıdır.
- Set içerisindeki ortası yivli schanz sayesinde büyük kemik kırıklarında çatı kurmaya olanak vermelidir, drillerin uç kısımları çıkarılabilirliği sayesinde rod olarak kullanılabilir olmalıdır.
- Sistem enstrüman içerisinde 2.0,3.2 ve 4.8 mm drill bulunmalı ve sisteme uygun sleeve'leri bulundurulmalıdır.
- Sistem içerisinde 30mm ye kadar dışarıdan distraksiyon ve kompreksiyon imkanı veren aparat bulunmalıdır.
- Sistem enstrüman seti tamamen birbiriyle uyumlu olup tek enstrüman seti içerisinde teslim edilmelidir.
-
- Tubuler Fixatör Sut Kodu: Tv3113 (Fixatörü Oluşturan Tüm Kompenantlar dahil dir.)

Pin to Rod Bağlantı (Clamp) 11	TV3510
Rod to Rod Bağlantı (Clamp) 11	TV3570
Pin to Rod Bağlantı (Clamp) 5	TV3510
Rod to Rod Bağlantı (Clamp) 5	TV3570
Pin to Rod Bağlantı (Clamp) 8	TV3510
Rod to Rod Bağlantı (Clamp) 8	TV3570
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 8*150	TV3720
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 8*200	TV3720
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 8*250	TV3720
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 8*300	TV3720
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 11*200	TV3740
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 11*250	TV3740
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 11*300	TV3740
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 11*350	TV3740
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 11*400	TV3740
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 5*100	TV3720
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 5*150	TV3720
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 5*200	TV3720
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 5*250	TV3720
Matkap Uçlu / Kendinden Yol Açabilen Çubuk (Şanz) 5*150	TV5120
Matkap Uçlu / Kendinden Yol Açabilen Çubuk (Şanz) 5*160	TV5120
Matkap Uçlu / Kendinden Yol Açabilen Çubuk (Şanz) 5*180	TV5120
Matkap Uçlu / Kendinden Yol Açabilen Çubuk (Şanz) 6*160	TV5120
Matkap Uçlu / Kendinden Yol Açabilen Çubuk (Şanz) 6*180	TV5120
Matkap Uçlu / Kendinden Yol Açabilen Çubuk (Şanz) 6*200	TV5120
Matkap Uçlu / Kendinden Yol Açabilen Çubuk (Şanz) 3*80	TV5120
Matkap Uçlu / Kendinden Yol Açabilen Çubuk (Şanz) 3,5*80	TV5120
Matkap Uçlu / Kendinden Yol Açabilen Çubuk (Şanz) 4*100	TV5120

Sarıyer Akçakale Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dr. Ahmet BÜYÜKHATİPOĞLU
Tic. Sic. No: 153467