

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

19.10.2021

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . **KDV Hariç** en geç 25.10./2021 tarih ve saat 15:00`a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65
Fax Numarası :0414 318 94 23
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Mehmet GÜMER
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	ANESTEZİ CİHAZI MONİTÖRÜ NIBP HORTUMU ALIMI	2	ADET		
2					
TOPLAM					

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

NIBP Ara Kablosu Teknik Şartnamesi

1. Ara kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger monitör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Ara kablo manşonlara uyumlu, çok kullanımlık tip olmalıdır.
3. Ara kablonun boyu en az 3,70cm uzunlukta olmalıdır.
4. Ara kablo monitördeki manyetik alan sistemine uygun olmalıdır.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
7. Numune onayı alınmalıdır.
8. Ara kablo NIBP kanalı kalibrasyon testlerinden geçebilmelidir.
9. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi olmalıdır.
10. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Onur MERT
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

ABDULLAH ÇİFTÇİ



GEREKÇE

Dokümanın Anadolı büromuzda kullanılmak üzere NIBP ana kütüphanesi ihtiyacı bulunmaktadır.

Gereğini Arz ederim

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Onur MERT
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

ABDULLAH SİFTÇİ

