



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklif Davet

10.01.2022

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S. N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/TİTUBB	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI,DIJİTAL,ORTAM SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜM CİHAZI/TERMOHİGROMETRE	10	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 17.01.2022 SAAT 13.00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı :	Firma Yetkilisi
Adres :	
Telefon :	Kaşe ve İmza
Faks :	
E-mail :	

- NOTLAR: 1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. **Ödeme:** muayene kabul işlemi yapıldıktan sonra damga vergisi ile varsa vergi borcu vedüşülerek **250 gün** içerisinde yapılır
3. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
4. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
5. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
6. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
e-posta : satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0 414 471 40 03 - 0 414 318 94 65

GEREKÇİ

Hastanemizde servisinde kalmış olan ve
İsri nem cihazı ihtiyacı bulunmaktadır.
Gereğini Anı Edin.

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Onur MERT
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

ÖZTÜRK
Sorumlu

SICAKLIK ÖLÇÜM, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜM CİHAZI / TERMOHİGROMETRE

TEKNİK ÖZELLİKLER


1. Yapım işlemi ve gerekli diğer belgeler için tüm kargo ücreti firmaya aittir.
2. Yüklenici firma ,üretici firmadan alınan yetki belgesine ve hizmet yeri yeterlilik belgesi sunmalıdır.
3. Parça takıldıktan sonra gerçekleşecek herhangi bir sorunda firma sorumlu tutulup her türlü masraf firmaya aittir.
4. Cihaz duvara asılabilenlidir ve masa üstünde ayakları vasıtası ile kolayca kullanılabilir olmalıdır buzdolabı ısı ölçer olarak da kullanılabilir.
5. Cihazın tepki süresi 10 sn olmalıdır.
6. Cihazlar teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olmalıdır.
7. Cihaz dijital olmalıdır.
8. Cihaz lcd ekran olmalıdır.
9. Nem ölçüm hassasiyeti % 1 olmalıdır.
10. Isı ve nem için ayrı max / min alarm aralığı olmalı saat fonksiyonu olmalıdır.
11. 8 Güç kaynağı 1 x 1,5 v (aaa) pillerle çalışabilir olmalıdır.
12. En az 30 günlük hafıza kapasitesine sahip olmalıdır.
13. Isı ve nem için ayrı max / min alarm aralığı olmalı saat fonksiyonu olmalıdır.

GARANTİ, MONTAJ, EĞİTİM VE DİĞER HUSUSLAR

1. Alınacak ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.
2. Yüklenici firma tarafından teklif edilen cihazın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında ya da Ürün Takip Sistemi'nde (TİTUBB)/(ÜTS) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu satın alma dokümanları içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB/ÜTS ve MKYS'den kontrol edilir.
3. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.
4. Sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim süreçlerinde tedarikçiler tarafından düzenlenen irsaliye ve faturada alınan cihazın MKYS Malzeme tanımları ile marka, model ve seri numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekir. MKYS ismi kullanılmayan faturalar ödenmeyecektir.

5. İdare tarafından UBB si istenen fakat firma tarafından **UBB kapsam dışı** olarak belirtilen cihazlar için TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)'dan alınmış kapsam dışı beyanı sunulmalıdır. Firmanın kendi beyanı geçerli değildir.
6. Garanti süresi boyunca bakım, onarım yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlarında künye numarası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel tarafından bu alan doldurulmalıdır.

Haydar ÖZTÜRK
Acil Birim Sorumlusu



Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Onur MERT
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi