

TEKNİK ŞARTNAMESLER

HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)Hastanemiz yoğun bakım servisinde kullanılan hastabaşı monitörüyle birebir uyumlu olmalıdır.
- 2)Cihaz markası EDAN model im9 dur.
- 3)Teklif edilen manşon NIBP ölçümü esnasında açılmayacak sağlamlıkta üretilmiş olmalıdır.
- 4)Parçalar orijinal olmalıdır.
- 5)Garanti kapsamında olmalıdır.
- 6)Cihaza uyumlu olarak kol manşonlarıyla birlikte ara bağlantı kablolarına da ihtiyaç vardır. Bir ucu monitöre bir ucu manşona bağlı olacak şekilde en az 2 metrelik ara bağlantı kablosu olmalıdır.

TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1)Problar birebir uyumlu olmalıdır.
- 2)Cihaz markası EDAN İM9 modeldir.
- 3) Garanti kapsamında olmalıdır.
- 4) Parçalar orijinal olmalıdır.
- 5)Cihaza uyumlu olarak SPO2 probleleriyle birlikte ara bağlantı kablolarına da ihtiyaç vardır. Bir ucu monitöre bir ucu spo2lere bağlı olacak şekilde en az 2 metrelik ara bağlantı kablosu olmalıdır.

HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 3 LEAD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)Cihaza bire bir uyumlu olmalıdır.
- 2)Parçalar orijinal olmalıdır.
- 3)Garanti kapsamında olmalıdır.
- 4) Cihaz markası EDAN İM9 modeldir.

Canan KORKMAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi



Şule Ay


(yukarıda bahsi geçen malzemeler

1) **MARKA EDAN MODEL İM9** olmak üzere hastanemiz tıbbi monitörlerine uyum sağlamalıdır.


2) Her bir ürün için bir adet numune gönderilmelidir.


3) Numune görülüp denendikten sonra servis sorumlusu tarafından uygunluğuna karar verilip teslimi olacaktır.

4) Ürünlerde yaşanan herhangi bir sıkıntıda firma sorumlu tutulacaktır.

GENEL HUSUSLAR

1. Malzemenin bakımı ve kullanımı ile ilgili orijinal dilinde kullanım kılavuzu varsa bu kılavuz ve Türkçe kullanım kılavuzu malzemenin teslim edildiği birimde sorumlu kişiye teslim edilmelidir.
2. Malzemeler en az 2 yıl garantili olmalıdır.
3. Raf ömrü olan malzemeler için 24 aylık (2 yıl) raf ömrü bulunmalıdır.
4. Malzemelerde kalibrasyon durumu olması halinde, malzeme ile birlikte fabrika çıkış kalibrasyon raporları Klinik Mühendislik Hizmetleri birimine teslim edilecektir.
5. Faturalarda veya fatura ekinde teslim edilen malzemelerin varsa marka, model ve seri numaraları yazacaktır.
6. Teklif veren firma teknik şartnamedeki maddeleri cevaplayarak şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaktır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7. Numune istenmesi durumunda teklifle birlikte numuneler gönderilmelidir.
8. Yüklenici firma tarafından teklif edilen malzemenin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale dokümanları içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB ve MKYS'den kontrol edilir.
9. Yüklenici firma teklifle birlikte Satış Yeri Yeterlilik Belgesini satın alma dokümanlarında beyan etmelidir.
10. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.


Canan KORKMAZ
Taşınır Kayıt Yetkili




11. UBB' ye tabi olmayan malzeme alınacaksa kapsam dışı olan cihazlar için "Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri" konulu genelgenin 2.4. maddesi gereğince satın alma süreci tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalatçısı tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan görüş alınarak TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkanlığına bilgi verilecektir. (Bu durumda teklif edilecek ürünler için firmalar ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini tamamlamalıdır.)

12. Malzeme ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.

Canan KORKMAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi


SULGA


GERİKTE

Hastanemiz servisinde kullanılmak üzere
Tıbbi monitörlere uygun bahsi geçen malzemelere
ihtiyaç duyulmaktadır.
Çerçevesini bizi bilginize arz ederim.

Canan KORKMAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi



Süleyman Ay
