

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

6.5.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç tarih ve saat 16:00'a kadar Baştaibliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Dr.Şeyhmus GÖZ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	HİDROFİL GAZLI BEZ 90*100	40	ADET		
2	PREZERVATİF SONDA	100	ADET		
3	0	0	0		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
- 10 **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
- 11 **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- 12 **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA			
FİRMA İSMİ	:		
TEBLİGAT ADRESİ	:		
VERGİ DAİRESİ VE	:		
TELEFON VE FAX	:		

46. KALEM


**HİDROFİL GAZLI BEZ 90 CM X 100 M 20 TEL ZİGZAG
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Beyaz, temiz, kokusuz, çirrişsiz (apresiz) ve nemsiz olmalı; üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış iplik görünmemelidir.
2. Hiçbir boya maddesi içermemelidir.
3. İplik sayısı enine boyuna 1 cm^2 'sinde en az 20 tel olmalıdır.
4. Eni en az 90 cm, boyu en az 100 metre olmalıdır.
5. Oda sıcaklığında en az 24 saat bekletildikten sonra 1 m^2 sinin ağırlığı 24 gr'dan az olmamalıdır.
6. Su tutuculuk ve hızlı emilim özelliği yüksek % 100 hidrofil pamuk ipliğinden üretilmiş olmalıdır.
7. Düzgün kenarlı olmalı, kolay katlanabilir-kıvrılabilir olmalıdır.
8. Her bir topu suya ve neme dayanıklı koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.
9. Klor, sülfat, kalsiyum, nişasta, dekstrin ve boya içermemelidir.
10. Teknik şartnamenin tüm hükümlerini karşılayan 90cm x 100metrelik 1 top numune olarak ihale saatinden önce teslim edilmelidir
11. Hastanenin talebine göre tekli veya balya şeklinde teslimat yapılacaktır. Balya olması durumunda her balya en fazla 15 top hidrofil gazlı bezden oluşmalıdır.

Muhammed Mustafa CİNAR
Eczacı

Selahattin Tay

ST


Ecz. F. Betül SARICA
Taş. Kyt. Yet.

**PREZERVATİF SONDA YAPIŞKAN BANTLI, SİLİKON EKSTERNAL KATETER
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Non toksik, antiallerjik silikondan yapılmış olmalıdır.
2. Prezervatif sondanın cilde yapışmasını sağlayan tahrişi önleyici jel şeklinde tüp yapıştırıcısı olmalı, ya da yapışkan şeridi olmalıdır.
3. Prezervatif sondanın yapışkan şeridi dokunun dolaşımını engellememelidir.
4. Prezervatif sondanın yapışkan şeridi/jeli sonda ile cilt arasında içten hem cilde hem de sondaya yapışmalı ve yapışkanlığını uzun süre koruyabilmelidir
5. Prezervatif sonda ciltte oluşabilecek nemi içerisine emebilmeli ve cildin kullanım süresince kuru kalmasını sağlamalıdır.
6. Yapışkan şerit elastik olmalı, kopmamalı ve idrarın geri dönüşünü engellemelidir.
7. Prezervatif sondanın uç kısmı idrarın rahatlıkla dışarı atılmasını sağlamalı, kıvrılıp kırılmamalıdır.
8. Prezervatif sondanın uç kısmı idrar torbasının uç kısmı ile uyumlu olmalıdır.
9. Prezervatif sonda tekli paket içerisinde ambalajlı olmalıdır.
10. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır. Yüklenici firma son kullanım tarihine 3 (üç) ay kala yenileri ile değiştirecektir.
11. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirecektir.
12. Malzemenin ebatları ihtiyaç listesinde belirtilmiştir. Listede bulunan ebatlara göre numune ve teklif verilecektir. İstenen ebatta verilmeyen teklif ve numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teslimat ihtiyaç listesinde belirtilen ebatlarda yapılacaktır.

Evlk AŞ (Hürzire)
Ak.

Muhammed Murat ÇINAR
Eczacı

Ecz. F. Betül SARIK
Tas. Kvt. Yet.
Sarık