



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

18.10.2022

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	OTOAKUSTİK EMİSYON CİHAZI PROB UCU	300	ADET			
2	ODYOMETRİ CİHAZI - İŞİTME TEST PROBU YENİDOĞAN (BERA BEYİN SAPI CEVABI)	3	ADET			
3	ODYOMETRİ İŞİTME TESTİ CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 24.10.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	


NOTLAR: 1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.


Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

Prop Tip şartnamesi

1. Yenidoğanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Kliniğimizde kullanılan Madsen AccuScreenmarka yenidoğan işitme tarama cihazıyla uyumlu olmalıdır.
3. Ürün şeffaf renkte olmalıdır.
4. Ürün cihaza takılabilir şekilde olmalıdır.
5. Dış koruyucu filtre plastik malzmeden üretilmelidir.

ŞEHİRCİLİK ANKARA
CEZAYIRLI


Nurşen ALTUN
Odyometri Teknikeri
20191023564


Otoakustik Emisyon Cihazı Eartip Şartnamesi

1. Yenidoğanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 2. Kliniğimizde kullanılan MadsenAccuScreen Pro marka ve TEOAE/ABR model tuşlu Yenidoğan İşitme Tarama Cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.
 3. Yenidoğan boyları silikondan yapılmış ve yumuşak tipte olmalıdır.
 4. Tek kullanımlık olmalıdır.
 5. Yenidoğan ve bebeklerin kulak kanalına uygun ebatları; 4.0 mm (mavi), 4,5 mm (kahverengi), 5.0 mm (yeşil), 5,5 mm (açık mavi), 6mm (şeffaf), 4 – 7 mm çam tipi (sarı) olmak üzere farklı tipte olmalıdır.
 6. Eartipler, prop tipine kolaylıkla takılabilmeli ve tam olarak oturmalıdır.
 7. Elli (50) adetlik paketler halinde olmalıdır.
 8. Eartiplerin UBB kaydı olmalıdır.
- 9.4.0 mm ;50 adet
- 4.5 mm ;50 adet
- 5.0 mm ;50 adet
- 5.5 mm ;50 adet
- 6.0mm ;50 adet
- 4-7 mm ;50 adet

SEYİT İLUS ADIK
ODYOLOG
ODYOLOG

MURŞAN ALP
Odyometri T...
201910...

(Handwritten signature)

AccuScreenBattery Şartnamesi

1. Yenidođan iřitme tarama cihazında kullanılmak üzere tasarlanmıř olmalıdır.
2. Kliniđimizde kullanılan MadsenAccuScreenmarka dokunmatik ekranlı Yenidođan iřitme Tarama Cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.
3. Battery Li-ION özellikte olmalıdır.
4. 3.7 volt ve 1800 mAh akım verebilecek řekilde dizayn edilmiř olmalıdır.

SEYİTİNUS ALTUN
OYLAMA KURULUŐU

Yunus DOĐAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Sađlık Kayıt Yetkilisi

Burřon ALTUN
Suyometri Teknikeri
20191023564

GEREKÇE

Hastanemizde bulunan odyometre cihazının bataryası bitmiş olup cihazımız aktif olarak çalışmamaktadır. Cihazın daha verimli ve hastalara daha düzgün sonuç verebilmesi açısından 1 adet batarya ihtiyacımız bulunmaktadır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

~~Yanus DOĞAN~~
Akçakale Devlet Hastanesi
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

~~Nezmi ERKİNGİ~~
Akçakale Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

~~Nurşen ALTUN~~
Odyometri Teknikeri
20191023564

~~Şenayit ALIŞIK~~
ODP


~~N. Altun~~


~~Dr. Mehmet ÖZMEK~~
Akçakale Devlet Hastanesi
Başhekim


GEREKÇE


Hastanemizde odyometre cihazının yeni doğan işitme eartip probu tükenmiş olup hastalara gerekli müdahaleler yapılamamaktadır. Hastaların mağduriyetinin giderilmesi ve hastalara daha hızlı ve düzgün tedavi vermek amacıyla eartip prob ihtiyacımız bulunmaktadır.

Geregini bilgilerinize arz ederim.


ODYOMETRİ TEKNİKERİ
20191023564


Nurşon ALTUN
Odyometri Teknikeri
20191023564


Kemal KILIÇ
Akçakate Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü


Op.Dr. Mehmet Güneş
Akçakate Devlet Hastanesi
Başhekim

GEREKÇE

Hastanemizde odyometre cihazının yeni doğan işitme probu tükenmiş olup hastalara gerekli müdahaleler yapılamamaktadır. Hastaların mağduriyetinin giderilmesi ve hastalara daha hızlı ve düzgün tedavi vermek amacıyla prob ihtiyacımız bulunmaktadır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

SEYİTİNİS ANIK
C.S. Y. M. D. S. T.

Nurşen ALTUN
Odyometri Teknikeri
20191023564

Nurşen Altun

Kemal KALINÇ
Akçakale Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Kemal Kalınç

Op. Dr. Mustafa GÖMER
Akçakale Devlet Hastanesi
Başhekim

Mustafa Gömer