

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

24.06.2021

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 01/07/2021 tarih ve saat 15:00 'a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65
Fax Numarası :0414 318 94 23
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Mehmet GÜMER
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	MERKEZİ STERİLİZASYON CİHAZI BAKIM ONARIMI	24 AY	12 BAKIM		
2					
TOPLAM					

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİNDE BULUNAN OTOKLAV CİHAZI BAKIM ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (YEDEK PARÇA HARICI)

A-KONU

Hastanede mevcut sterilizasyon biriminde bulunan Trans ve Getinge marka otoklavve yıkama dezenfeksiyon cihazının periyodik bakımve onarımın yaptırılması olası arızalarının giderilmesi.

B- SÜRE

Bu şartname konusu işin süresi ^{2 (iki)} yıldır Bu süre zarfında ^{2 (iki)} ayda bir periyodik bakım yapılacak ve olası arızalar giderilecektir. Bakım sözleşmesi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir.

C-GENEL HÜKÜMLER

- 1 Teklif veren firmaların TSE 12426 "Yetkili servisler tıbbi cihazlar Kurallar veya" TS 13703 Özel servisler tıbbi cihazlar-Kurallar standartları kapsamında belgelendirilmiş olması gerekmektedir ve bu belgelerin güncel olması gerekmektedir.
- 2 Periyodik bakım hizmeti vermek için teklif verecek olan istekli firmaların ve teknik personellerin UTS 'de kayıtlı olması gerekmektedir.
- 3 İstekli firma ilgili cihazın üreticisinden yada Türkiye Cumhuriyetinde bulunan üretici her hangi firmadan almış olduğu Tek yetki belgesi olduğuna dair dosyada sunulmalıdır
- 4 Firma İSO kalite belgesini teklif dosyasında sunmak zorundadır
- 5 Değişecek yedek parçalar cihazın orijinal ve görüntüsünü bozmayacak veya yapısını değiştirmeyecektir
- 6 Verilen teknik servis hizmetleri sonucunda cihazda tespit edilmiş olan arızalar ile sorunlar giderilecek cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
- 7 Teknik servis hizmetleri sonucunda yüklenici tarafından teknik hizmetler formu (Arıza tespit bakım onarım) 3 üç nüsha düzenlenerek cihazın teknik değerlendirmesi yapılacaktır. Hazırlanan teknik hizmetler formu kurum kullanıcı

Ahmet GİLİSİ

CANMUS DOĞAN Z
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Selçuk TANIRLIK

personeli ve teknik personel tarafından imzalanarak bir nüshası kullanıcıya bir nüshası idareye teslim edilecektir

8 Değişen parçalar orijinal olacaktır

9 Yüklenici firma sözleşme kapsamında bulunan cihazlar için % 95 UPTİME çalışma süresi garantisini verecektir .Firma cihazın %95 uptime çalışma süresini sağlayamadığı taktirde ilgili mevzuat ve uygun yönetmelige maddi yaptırımlar uygulanacaktır.CİHAZIN 1 GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ X 30 =CİHAZIN BİR AYLIK ÇALIŞMA süresi CİHAZIN 1 AYLIK ÇALIŞMA SÜRESİ %=95 CİHAZIN 1 AYLIK %95UPTİME ÇALIŞMA SÜRESİ

10 Arıza bildirimleri mesai günlerinde olduğu gibi resmi tatil (Bayram ve Cumartesi ile Pazar) günlerinde mesai saati ayrımı yapmaksızın yapılacaktır. Bu amaç ile yüklenici 24 saat ulaşabilecek teknik hizmet telefon numarasını hastane idaresine bildirecektir.

11 Yüklenici firma mesai be mesai dışı ayrımı yapmaksızın 12 saat içinde arızaya uzak erişim ile müdahale edecek ve arıza hakkında hastane idaresine ve ilgili kurum personeline bilgi verecektir.Uzaktan erişim ile çözülmeyen ve yüklenici firma hastaneye gelmesi gereken durumlarda 48 saat içinde arızaya müdahale edecektir yedek parça gereken durumlarda 10 iş günü içerisinde yedek parçanın temin edilmesi ve sisteme monte edilmesi yüklenici firma tarafından yapılacaktır yedek parçanın yurtdışından gelmesi durumunda 20 günü geçmeyecek şekilde firma cihazı çalışır halde hastaneye teslim edecektir

Madde 2 : KAPSAM

a Cihazın ihale dokümanında belirtilen süreyle aylık periyodik bakım, onarım ve arızalarının giderilmesine yönelik uygulanacak kriterlerin belirlendiği bir teknik şartnamedir.


Cihazların Periyodik Bakımlarında aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:


Cihazın yan ve ön koruma sacları açılıp fiziki kontrolleri yapılmalıdır.


Pano ve otomasyon bölümü giriş-çıkış prosedür takibi yapılmalıdır.

Kumanda paneli, printer ve manometrelerin kontrolü yapılmalıdır.

Kapak ve göbek contalarının kontrolleri yapılmalıdır.




Akşakalın Devlet Hastanesi
Tesisler Kayıt Yetkilisi



- Prizmatik direksiyon çalışılırlığının kontrolü yapılmalıdır.
- Kapak kilit kollarının sağlamlığı kontrol edilmelidir.
- Kayar kapak contalarının kontrolü ve temizliği yapılmalıdır.
- Kapı switçlerinin görsel ve fiziki bakımları yapılmalıdır.
- Hava motoru veya merkezi hava bağlantılarının kontrolü yapılmalıdır.
- Sistemdeki genel hava ve yol verici elemanların kaçak kontrolleri yapılmalıdır.
- Jeneratör emniyet ventilinin basınç kontrolü yapıldı; yapılmalıdır.
- Jeneratör basınç aralığı, referans ayarları kontrol edilmelidir.
- Jeneratör suyu en az bir kez boşaltılıp su doldurma işleminin takibi yapılmalıdır.
- Jeneratör içerisinde kireçlenme var ise temizliği yapıp, gereken bilgi yetkililere aktarılmalıdır.
- Sıvı seviye elektrotları ve şamandıraların kontrolleri yapılmalıdır.
- Rezistans ve kablo takımlarının kontrolleri yapılmalıdır.
- Ana güç girişi ve rezistans çıkış klemenslerinin kontrolleri yapılmalıdır
- Su motoru ve selenoidinin kontrolü yapılmalıdır;
- Su motoru pislik tutucu filtrenin temizliği yapılmalıdır.
- Su motoru çekvalf'i ve çekvalfklepe contasının kontrolü yapılmalıdır.
- Hücre çıkış rekorları ve pt 100 bağlantı manşonu kontrol edilmelidir.
- Hücre çıkış hattı, vakum ve bypass bağlantı rekorları kontrol edilmelidir.
- Hücre çıkış hattı,çekvalf ve çekvalfklepe contasının kontrolü yapılmalıdır
- Hücre çıkış hattı, pislik tutucu filtreleri açılıp kontrolleri yapılmalıdır.
- Vakum sel.,baypass sel.,eşanjörsel.,bobin ve valflarının kontrolleri yapılmalıdır.
- Vakum motoru ve servis suyu selenoidinin kontrolleri yapılmalıdır.

Canan KÖRÜKÇÜ
Tayyib DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ali Mehmet

Sekuk TANIRLIK

Vakum motoru hava akış vanası çekvalf ve çekvalflepe contasının kontrolü yapılmalıdır.

Vakum ve kondens gider hattı elemanlarının kontrolleri yapılmalıdır.

Ceket doldurma ve kondenshattının kontrolü yapılmalıdır.

Ceket basınç aralığı, referans ayarları kontrol edilmelidir.

Yıkama gider hatlarının kontrolü

Dozaj pompalarının kontrolü

Isıtıcı rezistans ların kontrolü

Kapı contalarının kontrolü

Su giriş hatlarının kontrolü

Cihazlar

1) 2 otoklav cihazı

2) 1 yıkama cihazı

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Tesis Kurul Yürütücüsü

Ahmet Güneş

Selamk TAHİSİK

GEREKGE

Hastanemizde bulunun otoklav
etazlerinin bakım onarım anlasmasi yapilmasi
gerek mekkelor. Gereginin Amr Ederim.

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
~~Teşim Kayıt Yetkilisi~~



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞANLIURFA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ
AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI



HASTANE MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeye ihtiyaç görüldüğünden Satın Alınması / Onarımın yaptırılması için gereğini bilgilerinize Arz / Rica ederim. / /2021

İmza
Döner Sermaye Ambarı:
Mevcudu
Vardır Yoktur

İmza
Ambarda:
Mevcudu
Vardır Yoktur

İmza
Eczane:
Mevcudu
Vardır Yoktur

İstekte Bulunan(lar):

Birim Sorumlusu

Başhekim Yrd / Müdür Yrd.

Amet Şimşek

S. No	Satın Alınacak Onarılacak Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Tutarı
1	OTOKLAV CİHAZLARI, BUHARLI DİK TİP STERİLİZASYON / OTOKLAV CİHAZI (40 LT - 110 LT) BAKIM ONARIM(255-01-05-01-241001011-14-5)	2	YIL		
2	OTOKLAV CİHAZLARI, BUHARLI YATAY TİP STERİLİZASYON / OTOKLAV CİHAZI (341 LT - 510 LT)BAKIM ONARIM(255-01-05-01-241001013-14-3)	2	YIL		
3	OTOKLAV CİHAZLARI, BUHARLI YATAY TİP STERİLİZASYON / OTOKLAV CİHAZI (341 LT - 510 LT)BAKIM ONARIM(255-01-05-01-241001013-14-4)	2	YIL		

BAŞTABIPLIK MAKAMINA UYGUN GÖRÜŞLE
ARZ EDERİM

Döner Sermaye
Satın alma Memuruna

Satınalma Birimi
Kayıt No :

/ /2021
İdari ve Mali İşler Müdürü
Kemal KALINÇ

OLUR

/ /2021

Op.Dr.MEHMET GÜMER
Hastane Yöneticisi / Baştabip

Mehmet Gümer