



T.C.  
ŞANLIURFA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617  
Konu : Teklife Davet

26.09.2022

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65  
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER  
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, RİJİT LARİNGOSKOPİ TELESKOPU (ÇOKLU BLADE) PEDIATRİK	2	ADET			
2	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, RİJİT LARİNGOSKOPİ TELESKOPU (ÇOKLU BLADE) YETİŞKİN	6	ADET			
3	PULSEMETRE OKSİJEN SATURASYONU ÖLÇÜM CİHAZI ( YETİŞKİN PARMAK STANDART TAŞINABİLİR)	10	ADET			
4	DİJİTAL PEDIATRİK HASTA AĞIRLIK VE BOY ÖLÇÜM CİHAZI	2	ADET			
5	SÜT SAĞMA CİHAZI	1	ADET			
6	12 KANALLI YORUMLU EKG CİHAZI	1	ADET			
7	DİATERMİ RADAR ULTRASOUND-DİNAMİK BÜTÜNLEŞİK KOMBİNE ELEKTROTERAPİ CİHAZI	1	ADET			

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :

**Son Teklif Tarih ve saati : 29.09.2022- 14:00**

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

NOTLAR:

1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.
4. Ödeme genel bütçe ile ödenecek olup ödeme gün süresi 30 ile 45 gün aralığındadır.

Satınalma Birimi  
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500  
Akçakale/Şanlıurfa  
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma  
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465  
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

# LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Laringoskopun ışığı fiberoptik lifler tarafından taşınarak uca yakın kısımdan aydınlatma yapmalıdır.
2. Bladeler tek parça olmalı ve lehimlenmiş eklem yerleri bulunmamalı böylelikle blade bütünlüğü sağlanmalıdır.
3. Bladeler çengel tipi olarak takılmalı ve saptaki özel yuvaya oturan bilyalı sistem olmalıdır.
4. Blade sapa oturduğunda aydınlatma ampulü otomatik olarak yanmalı ve blade çıkartıldığında, otomatik olarak sönmelidir.
5. Bladelerin üzerinde marka ismi, blade modeli ve numarası, blade imalat materyali, CE işareti, otoklavlanabilir derecesi, paslanmaz çelik kalite numarası silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
6. Bladeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve 134 oC derece sıcaklıkta yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilmeli ve bu özellik katalog üzerinde gösterilebilmelidir.
7. Bladelere, Etilen oksit ve buhar otoklavı zarar vermemelidir.
8. Handle üzerinde marka ismi, CE işareti, laringoskop çalışma voltajı ve ampul tipi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
9. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın adı ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır.
10. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
11. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.


12. Pediatrik Laringoskop seti ile birlikte verilmesi gereken bladeler:

- 00 numaralı Miller Tip Blade ( 70 mm x 47 mm )
- 0 numaralı Miller Tip Blade ( 80 mm x 57 mm )
- 1 numaralı Miller Tip Blade ( 104 mm x 82 mm )
- 2 numaralı Miller Tip Blade ( 155 mm x 132 mm )

Yetişkin Laringoskop seti ile birlikte verilmesi gereken bladeler:

- 0 numaralı Macintosh Tip Blade ( 81 mm x 58 mm )
- 1 numaralı Macintosh Tip Blade ( 95 mm x 73 mm )

  
Yunus DOĞAN  
Akçakale Devlet Hastanesi  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

  
Jülide MERT  
Akçakale Devlet Hastanesi  
Taşınır Kayıt Yetkilisi