

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

05.08.2021

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 09/08/2021 tarih ve saat 15:00 'a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65
Fax Numarası :0414 318 94 23
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Mehmet GÜMER
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	ARTROSKOPİ TUR Y SETİ	100	ADET		
TOPLAM					

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

GEREKÇE

Hastanemiz Ameliyathane Servisinde kullanılmakta olan **ARTROSKOPI TUR-Y SETİ PUARLI** ürünün temin edilmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Murat KILINÇ



Op.Dr.Emrah KÜÇÜK
Akçakale Devlet Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Dip.Tescil No: 179301



Erdem SOYLU
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi



ARTROSKOPİ TUR-Y SETİ PUARLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Delici uçlar Y tipinde, 2 adet olmalıdır ve hava girişsiz olmalıdır.
2. Delici uçların sterilizasyon poşetine zarar vermemesi için her bir uç için kapak bulundurulmalıdır.
3. Üzerinde en az 2 adet klemp bulunmalıdır.
4. Puarlı sette irigasyonun içinden geçeceği puar bulunmalıdır.
5. Puar kısmı sıvı akışını yönlendirebilmek amacı ile yumuşak olmalıdır ancak baskı yapıldığı zaman en kısa sürede şeklini almalıdır ve operasyon bitene kadar deforme olmamalıdır.
6. Konektör üzerinde hava boşaltma kapağı olmalıdır.
7. Uzunluk 205-220 cm arasında olmalı
8. Malzeme üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
9. Yuvarlak 75-100 cc hacimli puarı olmalıdır, yuvarlak şekilli olmamalıdır.
10. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
11. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uygunluk kararı kullanımdan sonra ve muayene komisyonunun onayı ile verilecektir. Ürünler için "Numune Listesinde" ayrıca numune sayısı belirtilmemiş ise iki adet numune bırakılacaktır.
12. Herhangi bir nedenle tüketilmeyen ürünler sözleşme süresince son kullanma tarihinden 3 ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.
13. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.
14. Muayene Komisyonu gerek duyduğu ürünlerden her seri için yeterli sayıda numune olarak analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır. Analiz sebebi ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
15. Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
16. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir. Değiştirilen malzeme en geç 5 iş günü içinde kuruma teslim edecektir.
17. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lotno, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
18. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
19. Ürün piyasaya arz ambalajı üzerinde üretim ve/veya son kullanım tarihleri, seri ve lot numaraları, üretici firma ticari adı ve üretildiği ülke, ürüne ait TITUBB ve/veya ÜTS kayıtlı barkod numarası yer alacaktır. Steril teslim edilecek ürünler için paketin üzerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

Merat LILING



Op.Dr.Emrah KÜÇÜK
Akçakale Devlet Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Dip.Tescil No: 179301



Erdem SOYLU
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

