

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

29.01.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 05/02/2020 tarih ve saat 16:00'a kadar Baştabipliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE İPLİK SARMA POLİPROPİLEN GÖVDE GEÇİRGENLİK 1 MİKRON BOYU 20 İNÇ	80	ADET		
2	0	0	0		
3	0	0	0		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
		0	0		
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
10. **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
11. **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
12. **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:


Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

SU ARITMA SİSTEMİ FİLTRESİ ŞARTNAMESİ

- 1-Filtrenin yapısı eritilmiş polipropilen iplik yapıda olmalıdır.
- 2-Kesintisiz filament yapıda ve filtrasyon hassasiyeti yüksek çift oringli yapıda olmalıdır.
- 3- Teklif edilen ürüne ait ISO belgesi ve NSF (Gıda Güvenlik Sertifikası) olmalıdır.
- 4-Ürünün teknik bilgileri etiket üzerinde görülmelidir ve ürün etiketi ambalajın iç kısmında olmalı ve üretim aşamasında konmalıdır.
- Etiket üzerinde
 - a- Nominal filtrasyon micron seviyesi
 - b- Filtrenin Boyu (inç veya mm birim cinsinden)
 - c- Filtrenin iç çapı (inç veya mm birim cinsinden)
 - d- Filtrenin ISO ve NSF belgelendirilme işareti
 - e- Ürün marka bilgileri ve içeriği
 - f- Ürün etiketi üzerinde ürün lot numarası ve üretim tarihi olmalıdır.
- 5- Ürün 90 °C ısıya mukavemet gösterebilmelidir.
- 6- Ürüne ait ısı ve kimyasal maddelerde kullanım tablosu olmalıdır.
- 7- Ürünün dış muhafazası için kullanılan PVC, vakumlu poşet olmalıdır. Filtrenin ambalaj poşetini hijyenik açmak için açma iplik sistemine sahip olmalıdır.
- 8-Ürün bilgilerinin olduğu etiket, vakumlu poşet içinde bulunmalıdır. Etiket üzerinde ürün bilgileri Türkçe olmalıdır.
- 9-Filtreler hastanemizde kullanmakta olduğumuz housinglere tam uyumlu olmalıdır.
- 10-Filtrenin içindeki PE destek kafesi tek parçalı olmalıdır. Filtre orta noktasından bükülmemeli ve kırılmamalıdır.
- 11-Ünitemizde kullanılan 20 inç çift oringli housinglere tam uygun 1/3 ,5, 10, ve 20 micron mertebesinde olmalıdır.
- 21.Her bir mikron boyundan 20 adet olacak şekilde temin edilecektir.

GENEL HUSUSLAR

1. Malzemenin bakımı ve kullanımı ile ilgili orijinal dilinde kullanım kılavuzu varsa bu kılavuz ve Türkçe kullanım kılavuzu malzemenin teslim edildiği birimde sorumlu kişiye teslim edilmelidir.
2. Malzemeler en az **2 yıl** garantili olmalıdır.
3. Raf ömrü olan malzemeler için 24 aylık (2 yıl) raf ömrü bulunmalıdır.
4. Malzemelerde kalibrasyon durumu olması halinde, malzeme ile birlikte **fabrika çıkış kalibrasyon raporları** Klinik Mühendislik Hizmetleri birimine teslim edilecektir.
5. Faturalarda veya fatura ekinde teslim edilen malzemelerin varsa marka, model ve seri numaraları yazacaktır.
6. Teklif veren firma teknik şartnamedeki maddeleri cevaplayarak şartnameye uygunluk

Canan KORKMAZ
Tasınır Kayıt No: ...


Fikret YIGİT
Hemşire


Uzm. Dr. Mustafa EFECİK
Diploma No: 123960
İç Hastalıkları Uzmanı
Akçakale Devlet Hastanesi

belgesi hazırlayacaktır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. Numune istenmesi durumunda teklifle birlikte numuneler gönderilmelidir.
8. Yüklenici firma tarafından teklif edilen malzemenin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale dokümanları içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB ve MKYS'den kontrol edilir.
9. Yüklenici firma teklifle birlikte Satış Yeri Yeterlilik Belgesini satın alma dokümanlarında beyan etmelidir.
10. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.
11. **UBB' ye tabi olmayan malzeme** alınacaksa kapsam dışı olan cihazlar için "Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri" konulu genelgenin 2.4. maddesi gereğince satın alma süreci tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalatçısı tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan görüş alınarak TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkanlığına bilgi verilecektir. (Bu durumda teklif edilecek ürünler için firmalar ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini tamamlamalıdır.)
12. Malzeme ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.

Uzm.Dr. Gülşah EFECİK
Diploma No: 2425960
İç Hastalıkları Uzmanı
Akcağale Devlet Hastanesi

Canan KORKMAZ
Taşınır Kayıt Yeri

Fikret YIGİT
Hemşire

HERBİK ÇB

Hemodiyaliz Birimi Su Arıtma Biriminin
dusenti acaşabilmesi ve hastaların zarar
görmemesi için Karduş filtre peribitir,
zelenlerinin aksarını ve diğer
temiz pişirmesi için.
Hygiene et için.

Uzm. Dr. Gülsah ERGİÇİK
Diploma No: 123968
İç Hastalıkları Uzmanı
Akçakale Devlet Hastanesi

Fatih YİĞİT
Hemşire

Belal Akın 2
Belal Akın

Can Kötücü
Can Kötücü