

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

21.8.2019

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 28.08.2019 tarih ve saat 16:00'a kadar Baştabipliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Dr.Şeyhmus GÖZ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	DIYALİZ SU SİSTEMİ PERİYODİK DEZENFEKSİYON	1	ADET		
2	0	0	0		
3	0	0	0		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
10. **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
11. **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
12. **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

TEKNİK ŞARTNAME

DİYALİZ SU SİSTEMİ PERİYODİK DEZENFEKSİYON VE SU TAHLİL HİZMETİ

1)Bu şartname sağlık bakanlığının 17.04.2019 tarihli Hemodiyaliz su arıtma yönergesi uyarınca hemodiyaliz bölümü Reverse osmoz sistemi ve ön arıtım sistemi periyodik dezenfeksiyon ve tahlil işlemi kapsar.

2)Bakım-onarım işini üstlenecek olan firma TSE 12426 hizmeti yeterlilik belgesine (diyaliz sistemleri için)sahip olmalıdır.

3)Bakım-onarım işini üstlenecek olan firma üretici tarafından yetkilendirilmiş yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır.

4)Bakım-onarım işini üstlenecek olan firma idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği olmaksızın 3 ayda bir dezenfeksiyon yapacaktır. Firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve bu raporun 1 nüshasını hastane idaresinin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.

5)Bakım-onarım işini üstlenecek olan firma 'tıbbi su arıtma sistemlerini bakım onarımı 'ile ilgili konu başlığını içeren ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMALIDIR.

6)Bakım –onarım işlemini gerçekleştirecek olan teknisyenler su sistemleri üzerine yetkili üreticiden eğitim almış sertifikalı personel olmalıdır. Sertifika örnekleri teklif ile birlikte verilmelidir.

7)Firma dışarıdan aldığı hizmetten (taşeron firmanın yaptığı işler)ve geçici elemanların yapacağı tüm işlerden ve sonuçlarından firma sorumlu olacaktır. İdare üçüncü kişileri muhatap almayacaktır.

8)İdare firmadan sözleşme süresi içinde herhangi bir zaman, yeterli göremediği elemanların ve /veya sayılarının artırılması isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir ek ücret istemeyecektir.

9)Bakım-onarım işini üstlenecek olan firma sözleşme için dezenfektan dahil dezenfeksiyon hizmetini kapsayacak şekilde idareye teklif verecektir.

10)Firma teklifi; sistemden periyodik olarak alınması gereken artırılmış su numunesinin eğitimli personele alınması ve yetkin laboratuvarlarda Avrupa Farmokopisinde belirlenen kriterlere göre firma tarafından tahlil yatırılıp, sonuçların yetkiliye teslimi işini içermelidir.

Kimyasal Analiz için Numune (Kimyasal -6 aylık periyotlarda yapılacak)

Bakteriyolojik analiz ve lal testi için numune (bakteriyolojik -3 aylık periyotlarda)

11)Bakım onarım için üstlenecek olan firma, üstlendiğinde bakmış olduğu ve bakmakta olduğu su arıtma sistemleri örneklerini referans verebilmelidir.

12)Bakım-onarım işinde kullanılan ölçü aletleri listesi ve kalibrasyon sertifikaları teklif dosyasında bulunmalıdır.

13)Bakım-onarım işinde kullanılan ölçü aletlerinin seri numaraları, her hizmet sonrası tutulacak tenkis servis raporunda belirtilmelidir.

14)Cihaz 2 yıl garanti kapsamındadır.

TKY
Canan Korkmaz
AKU

Fahri YIGİT
Hemşire

Uzm.Dr. Muhammet BİLİCİ
Akçakale Devlet Hastanesi
İç Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No: 1167/40