

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

23.9.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 29.09.2020 tarih ve saat 14:00'a kadar Baştabipliğimize elden satılmaakcd@gmail.com veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederiz.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	FORMAL(FORMALDEHİT)	10	ADET		
2	METİLEN MAVİSİ	10	ADET		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
- 10 **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
- 11 **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- 12 **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

FORMALDEHİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kimyasal formülü CH₂O, CAS numarası (50-00-0) ve molekül ağırlığı 30,03 olmalıdır.
2. Özgül ağırlığı 1.07-1.09 gr/cm³(20 c'de) olmalıdır.
3. Sertlik sert kapta olmalıdır.
4. Suda çözünmeli tortu içermemelidir.
5. En az % 37 saflıkta olmalıdır.
6. Methanol içeriği % 8-12 olmalıdır.
7. Histolojik inceleme amacıyla fiksatif olarak üretilmiş olmalıdır.
8. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay kullanım ömrü olmalıdır ve kullanım ömrü süresince ilk numune değerlendirmesindeki ürün kalitesi devam etmelidir. Kullanım ömrü süresince ürünün kalitesinde değişiklik olması halinde ürünün yenisi ile değiştirileceğine dair taahhütname teslimat sırasında muayene kabul komisyonuna sunulmalıdır.
9. Firmalar ürüne ait 5 litre numune getireceklerdir.
10. İstekli teklif ettiği ürünün marka ve modelini, kullanılması, bilgilerini, vb. ihale dosyasında liste halinde sunmalı veya birim fiyat teklif cetvelinde belirtmelidir.
11. Ürün orijinal ambalajında olacaktır. Sunulan dokümanlarda belirtilen üründen, marka ve modelden farklı ürünleri, bozuk, yırtık vb. ürünleri yenisi ile değiştirileceğine dair istekli muayene komisyonuna taahhütname sunacaktır.
12. Ürün üzerinde toksik, yanıcı, patlayıcı vb. gibi riskleri belirleyici, güvenlikle ilgili uyarılar bulunmalıdır.
13. Ambalaj dış etkilerden maddeyi koruduğu gibi, dış ortama koku vb. vermeyecek nitelikte olmalıdır. Ancak, numune kontrol esnasında uygun görülüp, teslimattan sonra kapak açılmadığı halde ambalajdan maddenin azaldığı görülürse, geçen zamana bakılmaksızın firmaya iade edilecektir. İstekli bu hususu kabul ettiğine dair muayene kabul komisyonuna taahhütname verecektir.

Murat KILINÇ
Ameliyathane Sorumlu Hemşire

Op. Dr. Mehmet GÜNER
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tescil No: 128739
Akçakale Devlet Hastanesi

Afşin Güner
Ebe

37-METİLEN MAVİSİ (LAB KULL. İÇİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 0,3 gram metilen mavisi, 30 ml etil alkol,100 ml distile su içermelidir.
2. Kullanıma hazır olmalıdır.
3. Boya homojen halde olmalı, çökelti ve boya kalıntıları içermemelidir. Boyanan preperatlarda boya artıkları izlenmemelidir.
4. En az 250 ml'lik ambalajlarda olmalıdır.
5. Ambalaj kutularının üzerinde firma adı, son kullanma tarihi, üretim tarihi, lot numarası vb. özellikler bulunmalıdır.
6. Kullanım süresi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
7. Üzerinde yanıcı, patlayıcı ve benzeri riskleri gösteren ifadeler yer almalıdır.
8. Beraberinde kimyasalın Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) teslim edilmelidir.

Murat KILINÇ
Ameliyathane Sorumlu Hemşire

Op. Dr. Mehmet GÜMER
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tesdi No: 128749
Akçakale Devlet Hastanesi

Op. Dr.Emre ALTINTAŞ
Akçakale Devlet Hastanesi
Baştabip