

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

11.11.2021

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . **KDV Hariç** en geç 16/11/2021 tarih ve saat 15:00`a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65
Fax Numarası :0414 318 94 23
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Op.Dr.Mehmet GÜMER
Başhekim

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARIÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI FİLTRE KABI(HOUSING)	1	ADET		
2					
TOPLAM					

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

SU FİLTRESİ HAUSİNG TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen hausing 20 inç boyunda 1'' giriş çıkışlı olmalıdır. Hausing bağlantı dişleri plastik veya metal dişli olmalıdır.
- 2- Teklif edilen hausing 0-22 tipi oringli tip filtreye uygun olmalıdır.
- 3- Teklif edilen hausing Avrupa menşeyli olmalıdır ve gıda ve sağlık standardına uygun olmalıdır.
- 4- Teklif edilen hausing Fanuş kısmı şeffaf olmalı ve hausing gövde kısmı beyaz veya mavi renkli ve üç parçalı olmalıdır.
- 5- Teklif edilen hausing Oringleri ETP tip olmalıdır. Fanus gövdeye rekor ile sıkılmalıdır.
- 6- Teklif edilen hausing 8 bar basınçta 45 °C sıcaklıkta sorunsuz olarak çalışmalıdır.
- 7- Teklif edilen hausing orijinal kutusu ile birlikte teslim edilmeli ve hausing ile birlikte duvar aşkı aparatı , dübel , paslanmaz vida ve açma anahtar orijinal olarak verilmelidir.
- 8- Teklif edilen hausing yüklenici tarafından monte edileceği merkezdeki tedaviyi veya işleyişi aksatmayacak şekilde sisteme monte edilmeli ve ürün üretici hatasına karşı 2 yıl süre ile garantili olmalıdır.
- 9- Yüklenici firmanın TSE belgesi olmalı, TSE belgesine kurumumuzda kullanmakta olduğumuz marka ile yetkili olmalıdır. Yetki belgesi olmalıdır.

Seçuk YILMAZ
Akçakale Devlet Hastanesi
Hemodiyaliz Birim Sorumlusu

Mehmet KOLLAJ
Remçare

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi