

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617  
Konu : Teklife Davet

13.3.2019

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 20.03.2019 tarih ve saat 16:00'a kadar Baştabipliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi  
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi  
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

**Dr.Şeyhmus GÖZ**  
Hastane Yöneticisi

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	YETİŞKİN KURŞUN ÖNLÜK (TEK TARAFLI	2	ADET		
2	YETİŞKİN KURŞUN ÖNLÜK (ÇİFT TARAFLI /TAM	1	ADET		
3	YETİŞKİN KURŞUN ÖNLÜK (TİROİD/STERNUM)	5	ADET		
4	KORUYUCU DONANIM KURŞUN PARAVAN ÜÇLÜ	1	ADET		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
<b>TOPLAM</b>					

EK: Teknik şartname

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisinde olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**

<b>TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA</b>			
FİRMA İSMİ	:		
TEBLİGAT ADRESİ	:		
VERGİ DAİRESİ VE	:		
TELEFON VE FAX	:		

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

## KURŞUN ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KURŞUN ÖNLÜKLER ÖNDE 0,50 Mm PB ARKADA 0,25mm PB KORUMA SAĞLAYACAK ŞEKİLDE KURŞUNA EŞ DEĞER KORUYUCU KURŞUN MATERYALE SAHİP OLMALIDIR.
2. KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMOJEN VE İNCE BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.
3. KORUYUCU KURŞUN MATERYAL, ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÇOK KATLI OLMALIDIR.
4. KURŞUN ÖNLÜK YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI KORUYUCU KURŞUN MATERYAL KULLANILMAMALIDIR.
5. KURŞUN ÖNLÜĞÜNÜN KULLANIMI KOLAY OLMALI, YANDAN CIRT BANT İLE SABİTLENMELİDİR.
6. KULLANILAN KUMAŞ ANTİBAKTERİYEL OLMALIDIR VE UZUN SÜRELİ KULLANIMA UYGUN, HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN SU GEÇİRMEZ BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.
7. KURŞUN ÖNLÜKLER 89/686/EEC KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİNE GÖRE ONAYLANMIŞ BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU TARAFINDAN VERİLEN CE BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMELİDİR.
8. KORUYUCU KURŞUN MATERYALİN GEÇİRGENLİĞİNİN VE KURŞUN EŞDEĞERİNİN EN 61331-1:2002 TEST STANDARDINA UYGUN OLDUĞU BELGELENDİRİLMELİDİR.
9. KURŞUN ÖNLÜKLERİN ÜRETİM HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FİRMA 2(İKİ) YIL GARANTİ VERMELİDİR.
10. KURŞUN ÖNLÜKLERİN RENK VE BEDEN TERCİHİ YAPILABİLMELİDİR.
11. TEKNİK KOMİSYON KARARI İÇİN TEKLİFİ VERİLEN MALZEMENİN İHALE SONUÇLANINCAYA KADAR BİR ADET NUMUNESİ BIRAKILMALIDIR.



Canan KORKUSI  
Taşınır Kayıt



# TIROİD KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tiroid Koruyucu 0,50 Mm Pb Kurşuna Eş Değer Kauçuk Kurşun Bileşiminden Yapılmıştır.
2. Koruyucu Kurşun Materyal Hafif, Homojen, İnce Ve Esnekliğin Sağlanması Amacı İle Çok Katlı Dır.
3. Tiroid Koruyucu Yapımında Esnek Olmayan Tek Katlı Koruyucu Kurşun Materyal Kullanılmamıştır.
4. Kullanımı Rahat Ve Yapışma Bantlıdır.
5. Kullanılan Kumaş Su Geçirmez Uzun Süreli Kullanım Ve Hijyen Açısından Kolay Silinebilen Bir Yapıya Sahiptir.
6. Troid Koruyucunun Ergonomik Kullanımı Ve Uzun Ömür Açısından Önlüğün İç Kumaş Kaplaması Ve Kumaş Rengi İle Dış Kumaş Kaplaması Ve Rengi Farklı Olmalıdır.
7. Troid Koruyucuların Kullanım Kolaylığı Açısından Alım Esnasında Kurumun Standart Troid Koruyucu Veya Uzantılı (Şapka Tip) Troid Koruyucu Seçiminde Bulunacaktır.
8. Troid Koruyucunun Ce – İso Belgelerinin Bulunması Gerekmetedir .
9. Troid Koruyucularda Renk Tercihi Yapılabilmelidir.Satıcı Firmanın Ubb Kayıt Numarası Olmalıdır.
10. Troid Koruyucuların Etiketinde Üretici Firma Bilgileri, Satıcı Firma Bilgileri, Beden Bilgileri, Üretim Tarihi, Lot Numarası, Barkod Numarası Olmalıdır.
11. Troid Koruyucular İstenildiğinde Şapka Modelinde Üretilmelidir.
12. Troid Koruyucu Hatalarına Karşı Üretici Firma 2(İki) Yıl Garanti Vermelidir.



Canan KORKUT  
Taşınır Kayıt NO: 10115



## KORUYUCU DONANIM KURŞUN PARAVAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

### GARANTİ, MONTAJ, EĞİTİM VE DİĞER HUSUSLAR

1. Alınacak ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.
2. Yüklenici firma tarafından teklif edilen cihazın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında ya da Ürün Takip Sistemi'nde (TİTUBB)/(ÜTS) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu satın alma dokümanları içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB/ÜTS ve MKYS'den kontrol edilir.
3. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.
4. Sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim süreçlerinde tedarikçiler tarafından düzenlenen irsaliye ve faturada alınan cihazın MKYS Malzeme tanımları ile marka, model ve seri numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekir. MKYS ismi kullanılmayan faturalar ödenmeyecektir.
5. İdare tarafından UBB si istenen fakat firma tarafından **UBB kapsam dışı** olarak belirtilen cihazlar için TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)'dan alınmış kapsam dışı beyanı sunulmalıdır. Firmanın kendi beyanı geçerli değildir.
6. Garanti süresi boyunca bakım, onarım yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlarında künye numarası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel tarafından bu alan doldurulmalıdır.



Canan KORKMAZ  
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

