

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

17.02.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 21.02.2020 tarih ve saat 16:00'a kadar Baştabipliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	DAMLA AYAR SETİ	2.000	ADET		
2	0	0	0		
3	0	0	0		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
10. **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
11. **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
12. **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

86. KALEM

DAMLA AYAR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Damla ayar seti kontrollü akış sağlamak amacı ile yapılmış olmalı ve yerçekimi prensiplerine göre çalışmalıdır.
2. Toplam uzunluğu en az 40 cm olmalıdır.
3. Çalışma prensibi "sürekli, değişken tip akım" kontrolü şeklinde olmalıdır.
4. Ayarlama sınırları 5 cc/saat 250-350 cc/saat arasında olmalıdır.
5. Kullanımı ve kurulumu kolay olmalıdır.
6. İki el kullanımı ile ayarlanabilmesi bilinçsiz müdahalelere karşı güvenilirliğini sağlamalıdır.
7. Sistem damla ayarı miktarı gösteren bir akım kontrol ünitesi ile her iki ucundan çıkan serum hortumundan oluşmalıdır.
8. İzotonik çözelti (NaCl %9'luk) dışında yüksek viskoziteli solüsyonlarla da kullanılabilir.
9. Serum hortumlarının bir ucu dişi lüer lock, diğer ucu ile erkek lüer lock konnektörlü olmalıdır.
10. Erkek lüer lock tarafta enjeksiyon port bulunmalıdır.
11. Dozimetre set hortumları şeffaf ve yumuşak olmalıdır.
12. Tekli steril paketle olmalıdır.
13. Paketler üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.
14. Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
15. İstekli, teslim ettiği ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.

Ecz. M. Murat ÇINAR
Murad

Hemşire
Erden SOYLU
Erden

Höner KEŞKÜŞ
İaş. Kyt. Yet
Höner

GEREKÇE

Hastanemiz tüm birimlerinde kullanılmak üzere "DAMLA AYAR SETİ" tıbbi malzemesi depolarımızda bulunmadığından acil ihtiyacımız bulunmaktadır.

Gereğini Bilgilerinize arz ederim.

Ecz. M. Murat ÇINAR
Murad

Hemşire
Erden SOYLU
Erden

Hacer
Hacer KEŞKÜŞ
Taş. Kyt. Yet.