



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

16.02.2022

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S. N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/TİTUBB	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	YETİŞKİNTANSİYON ALETİ MANŞONU (ÇİFT HORTUMLU)	6	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 24/02/2022 - 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı :	Firma Yetkilisi
Adres :	
Telefon :	Kaşe ve İmza
Faks :	
E-mail :	

- NOTLAR: 1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. **Ödeme:** muayene kabul işlemi yapıldıktan sonra damga vergisi ile varsa vergi borcu vedüşülerek **250 gün** içerisinde yapılır
3. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
4. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
5. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir. (firma tarafından yazılacak)
6. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.
7. Lütfen iletişim numaranızı alt kısma yazınız.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
e-posta : satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi için: Satınalma
Tif : 0 414 3189300– Dahili:9465
Faks : 0 414 471 40 03 - 0 414 318 94 65

NIBP (TANSİYON) pediatrik ve yetişkin MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-TA manşonu GE CERASCAPE V100 model monitörlerin modellerine uyumlu ara hortumuna bağlanabilmeli ve sorunsuz çalışabilmelidir.
- 2-Malzeme dış faktörlerden minimum etkilenecek, yüksek hassasiyetle en doğru ölçümü vermelidir.
- 3-TA manşonu bir ara konektör kullanılarak hastanede bulunan diğer monitörler ile uyumlu hale gelebilmelidir.
- 4-TA manşonu çift tubingli olmalıdır
- 5-TA manşonu üzerinde marka ve arter ölçüm noktaları belirtilmelidir
- 6- TA manşonu basınca dayanıklı ve kaplama malzemesi cilde zarar vermeyen, kolay temizlenebilir ve terleme yapmayacak kumaştan olmalıdır
- 7- Tüm manşonlara 4er adet yedek konektör verilmelidir
- 8-TA MANŞONU LATEX İÇERMEMELİDİR,ta manşonu antimikrobial olmalıdır.
- 9-TA manşonu 7,5-9 cm genişliğinde 17-19 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 10- Yetişkin için YETİŞKİN HASTA KULLANIMI İÇİN 27-35 EBATLARINDA ÇİFT HORTUMLUDUR.
- 11-TA manşonu en az 1 yıl garantili olmalı ve bu süre içinde meydana gelebilecek sorunlarla ihalenin kendisinde kalan firma ücretsiz olarak (kullanıcı hatası hariç) teknik servis desteği sağlamakla, gerekirse ürün değişimi yapmakla ve bunu için taahhüt belgesi düzenlemekle zorunludur
- 12- Malzemelerin montajı ve çalıştırılması esnasında meydana gelebilecek hasar ve arızalardan firma sorumlu olacaktır.

Yanus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Erdem SOYLU
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İsmail H. ACI
Akçakale Devlet Hastanesi
Sorumlu Sorumlusu