



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

10.01.2022

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S. N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TITUBB	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	DEFİBRİLLATÖR CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati :17.01.2022 SAAT 13.00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı :	Firma Yetkilisi
Adres :	
Telefon :	Kaşe ve İmza
Faks :	
E-mail :	

- NOTLAR: 1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. **Ödeme:** muayene kabul işlemi yapıldıktan sonra damga vergisi ile varsa vergi borcu vedüşülerek **250 gün** içerisinde yapılır
3. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
4. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
5. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir. (firma tarafından yazılacak)
6. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
e-posta : satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tlf : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0 414 471 40 03 - 0 414 318 94 65

DEFİBRİLATÖR CİHAZI BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Batarya firmanın orjinal ürünü olacaktır.
2. Batarya 12V, 2800mAh olmalıdır. Bu değerlerin üstünde ve altında güçte batarya alınmayacaktır.
3. Batarya Nickel -metal Hydride olmalıdır.
4. Batarya soketi Nihon Kohden marka TEC-5500 ve 5600 serisi modellerine uygun olacaktır.
5. Bataryada kalan pil gücü için kontrol butonu ve kademeli led göstergesi olmalıdır.
6. Batarya üzerinde firma bilgileri , batarya özelliklerini , tehlikeli kullanım durumları ve benzeri durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
7. Cihazın maksimum enerji seviyesi ile 20 °C sıcaklığında tam şarj olmuş yeni bir batarya 270J'de en az 200 defa şok yapabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
8. Batarya 3 saatte şarj olacak kapasiteye sahip olmalıdır.
9. Batarya CE belgeli olmalıdır.Bunu teklif ile birlikte cihaz üreticisinden alınmış yetki veya distribörün tarafından yetkilendirildiğine dair belgesi verilecektir.

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Onur MERT
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Edis Akser

GEREKGE

Hesbaneniz Analizethane bitiminde
bulunan defibrilatör cihazının bataryası yenisi
mudur. Bataryası ihtiyacı bulunmaktadır.

Geçmişte Amr Edinim

~~Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi~~

~~Onur MERT
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi~~

Fikri Akse
