

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü  
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617  
Konu : Teklife Davet

27.08.2021

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 02/09/2021 tarih ve saat 15:00'a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65  
Fax Numarası :0414 318 94 23  
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Mehmet GÜMER  
Hastane Yöneticisi

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARIÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	HAVA AKIŞ ÖLÇÜM CİHAZI -DEBİMETRE-FLOWMETRE TEKLİ YETİŞKİN	30	ADET		
2					
TOPLAM					

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma  
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
ŞANLIURFA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL  
SEKRETERLİĞİ  
AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ



HASTANE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ /2021

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeye ihtiyaç görüldüğünden Satın Alınması / Onarımın yaptırılması için gereğini bilgilerinize Arz / Rica ederim.

İmza  
Döner Sermaye Ambarı:  
Mevcudu  
Vardır  Yoktur

İmza  
Ambarda:  
Mevcudu  
Vardır  Yoktur

İmza  
Eczane:  
Mevcudu  
Vardır  Yoktur

İstekte Bulunan(lar):

Birim Sorumlusu

Başhekim Yrd / Müdür Yrd.

Haydar ÖZTÜRK  
Hemşire

S.No	Satın Alınacak Onarılabak Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Tutarı
1	HAVA AKIŞ ÖLÇÜM CİHAZI - DEBİMETRE - FLOWMETRE TEKLİ ERİŞKİN(150-03-03-240010361)	30	ADET		

BAŞTABİPLİK MAKAMINA UYGUN GÖRÜŞLE  
ARZ EDERİM

Döner Sermaye  
Satın alma Memuruna


Satınalma Birimi  
Kayıt No :


/ /2021  
İdari ve Mali İşler Müdürü  
Kemal KILINÇ

OLUR  
/ /2021  
OP.DR. Mehmet GÜMER  
Hastane Yöneticisi / Baştabip

## B. HAVA 4 BAR FLOWMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MERKEZİ BİR KAYNAKTAN GELEN BAŞINÇLI HAVA AKIŞINI AYARLAMAK(LT/DK) AMAÇLI KULLANILMALI.
2. BASINÇLI HAVA FLOWMETRESİ ÜZERİNDE O2 İBARESİ BULUNMALIDIR.
3. 15 LT/DK AKIŞ SAĞLAYABİLECEK BİÇİMDE OLMALIDIR.
4. MEDİKAL 4 BAR'A UYGUN ABONE FİŞİ OLMALIDIR.
5. GÖSTERGE TÜPÜ OLMALIDIR.
6. METAL KISINLARI PRİNÇ MALZEMEDEN İMAL EDİLMELİ VE KROM NİKEL KAPLAMALI OLMALI.
7. AÇIP KAPAMA DÜĞMESİNİN İĞNE TERTİBATI ,AŞINMALARA KARŞI KROM MALZEMEDEN OLMALI.
8. ÜZERİNDE MEVCUT GAZ MARKALANMALIDIR.
9. FİŞİN ÜZERİNDE GAZIN ADI (B.H4) SİLİNMEYECEK ŞEKİLDE MARKALANMALIDIR.
10. FLOWMETRENİN GÖVDE ÜZERİNE MARKA VE SERİ NUMARASI BASILMALIDIR.
11. MEVCUT BS NORMU B.H4 PRİZLERE ADAPTE OLMALIDIR.
12. NEBİLİZATÖRE UYGUN HORTUM ÇIKIŞI OLMALIDIR.
13. HORTUM ÇIKIŞI KOLAYLIKLA TAKILIP ÇIKARILABİLİR OLMALIDIR.
14. KULLANIM HATALARI HARIÇ İKİ(2) YIL GARANTİ VE 10 YIL YEDEK PARÇA GARANTİSİ OLMALIDIR.


  
Dr. Uğur ASLI


  
Haydar ÖZTÜRK  
Hemşire

  
Günen PERTAV  
Hemşire

## BEREKCE

Hastanemizde Acil Servisinde kullanılan tüm  
Hava Li Dör Flowmetrelerin Materyalini verdim  
Çerçevesi Arz Edilm.

  
Dr. Uğur PASCİ

  
Haydar ÖZTÜRK  
Hemşire

  
Gülen PERTAV  
Hemşire