

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İli Sağlık Müdürlüğü

Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

18.6.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 21.06.2019 tarih ve saat 16:00'a kadar Baştabliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Dr.Şeymus GÖZ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	DİL BASACAĞI(ABESLANG)TAHTA YETİŞKİN	100.000	ADET		
2	MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ	40.000	ADET		
3	MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ	20.000	ADET		
4	MUAYENE ELDDİVENİ VİNİL PUDRASIZ	10.000	ADET		
5	ELDİVEN LATEKS NONSTERİL-M	40.000	ADET		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
- 10 **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
- 11 **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- 12 **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

12-13-14, KALEMLER

**MUAYENE ELĐİVENİ NİTRİL PUDRASIZ NONSTERİL
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Eldiven ambulanslarda kullanım amaçlı anatomik yapıda olmalıdır.
2. Eldiven kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
3. Parmak uçları kaymayı önleyici özellikte olmalıdır.
4. Eldiven lateks ve pudra içermeyen Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
5. Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma, parçalanma olmamalıdır.
6. Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde boyları ayırt etmeye yarayacak numara veya özel işaret bulunmalıdır.
8. Ambalajlar üzerinde imalat tarihi bulunmalı, yırtık imalat olmamalıdır.
9. Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.

M. Murat ÇINAR
M. Murat Çınar


Hacer Keşküş
Eczane Teknikeri
Hacer KEŞKÜŞ

Erden SOYLU
Henrire
Henrire


9-10-11. KALEMLER

ELDIVEN LATEKS NONSTERİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Eldivenin ölçüsti malzeme adında belirtilen boyda olmalıdır.
2. Latex'ten imal edilmiş olmalıdır.
3. Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli kavramalı fakat elin hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.
4. Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır.
5. Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.
6. Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedilebilmelidir.
7. Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.
8. Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.
9. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.
10. Eldiven iç yüzeyi pudralı olmalı, eldiven içinde topaklanmış pudra atığı bulunmamalıdır.
11. Kullanım kolaylığı sağlayacak en fazla 100'er adetlik ambalajda ve ambalaj dayanıklı bir kartondan yapılmış, kolayca görülüp açılabilen ve kullanılabilen açılış yerine sahip olmalıdır.

M. Murat ÇINAR



Eczane Teknolojisi
Hacer KESKÜŞ

Erden SOYLU
Hemşire


2. KALEM

**DİL BASACAĞI (ABESLANG) TAHTA YETİŞKİN NON STERİL
TEKNİK ŞARNAMESİ**

1. Tahta olmalı, yanları ve yüzeyi pürüzsüz, tırtıksız, kokusuz ve temiz olmalıdır.
2. Uç kısmı oval olmalıdır.
3. Ağız ve boğaz muayenesinde kullanılmaya elverişli olmalıdır.
4. Yüzeyleri tahriş veya yaralanmaya neden olmayacak düzgünlükte olmalıdır.
5. Kullanırken kolay kırılmayan, çatlamayan, malzemedен yapılmış olmalıdır.
6. Abeslang boyutları yetişkin hastaların kullanımını için uygun olmalıdır.
7. En az 50, en fazla 200 ambalajlarda bulunmalıdır.
8. Ambalajların üzerinde; üretim tarihi, son kullanma tarihi, ebadı, lot numarası bulunmalıdır.

M. Murat ÇINAR


Eczane Teknikeri
Hacer KEŞKÜŞ



Erden SOYLU
Henriette
