



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

02.11.2022

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	STİMÜLASYON CİHAZI ELEKTRODKABLOSU İKİLİ GİRİŞ	10	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİC) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 09.11.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

- NOTLAR:
1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
 3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tlf : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

GEREKÇE

Hastanemiz fizik tedavi biriminde stimilasyon cihazında kullanılmak üzere toplam 10 adet kablo ihtiyacımız vardır.Toplam 5 adet portatif stimilasyon cihazımız bulunmakta ve cihazlarımızın kablolarında sıkıntı yaşanmakta olup hasta mağduriyeti yaşanmaması ve hastalara daha iyi hizmet vermek aynı zamanda aksaklık yaşanmamasında dolayı kablo ihtiyacımız bulunmaktadır.

Geregini bilgilerinize arz ederim.

GEREKÇE

~~Yunus DOĞAN~~
~~Akçakale Devlet Hastanesi~~
~~Taşınır Kayıt Yetkilisi~~

Ali KAYALI
Fizyoterapist

~~Kemal HANÇ~~
Akçakale Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Op.Dr.Mehmet GÜMÜR
Akçakale Devlet Hastanesi
Başhekim



STİMÜLASYON CİHAZI KABLO ŞARTNAMESİ

1. Kablolar Impulse 3000T modeliyle birebir uyumlu olmalıdır.
2. Kablolar cihazın orijinal kablosu olmalıdır.
3. Kanalların +/- kutupları ayırt edilmesi için farklı renkte olmalıdır.
4. Elektrot kablosu uzunluğu en az bir(1) metre olmalıdır.
5. Kablonun CE belgesi olmalıdır.
6. Alınacak kablo cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir.
7. Kablo; dezenfektan, alkol ve temizleyicilerle temizlenebilir olmalıdır.
8. Kablonun en az 1 yıl garantisi olacaktır.

Ali KAYALI
Fizyoterapist

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Uzm. Dr. Özgür KAYA
Akçakale Devlet Hastanesi
Başhekim Yardımcısı

