

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü  
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617  
Konu : Teklife Davet

04.05.2021

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . **KDV Hariç** en geç **06/05/2021** tarih ve saat **15:00** 'a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65  
Fax Numarası :0414 318 94 23  
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ  
Hastane Yöneticisi

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	BATIN KOMPRESİ RADYOPAKLI	6.000	ADET		
2					
<b>TOPLAM</b>					

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma  
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

**BATIN KOMPRESİ 45(±5) CM X 45(±5) CM RADYOPAKLI (8 KAT)  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Batın kompresini hidrofili gaz bezinden 45x45 cm ebatında ve 8 kat olarak katlanmadan meydana gelmelidir.
2. Temas ettiği sıvı veya antiseptik solüsyonları kısa sürede emebilir özellikte olmalıdır
3. Katlama şekli; kenarları içeride olacak şekilde düzenlenmeli (cerrahi tip katlama), kenarlarından serbest lifler vermemelidir.
4. Çift dikişli ortasından ("X" şeklinde) çapraz dikilmiş olmalıdır.
5. Gazlı Bez ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofili olmalıdır.
6. Kompresin imal edildiği hidrofili gaz bezi tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm<sup>2</sup> 'de 12 çözgü 8 atkı olup toplam 20 tel olmalı ve % yüz pamuk ipliğinden üretilmelidir. Naylon karışımı iplik kabul edilmeyecektir.
7. Kompreste kullanılan radyopaklı iplik boydan boya dokunmuş olmalıdır. Radyopak ipi sabitlemek için yapıştırıcı kullanılmamalıdır. Kullanılan radyopak iplikler monofilamen karakterli, mavi renkte olmalıdır ve buhar otoklav sterilizasyonuna dayanmalı, çekmemeli, X ışını ile görülmelidir.
8. Ürün non-steril olarak teslim edilecektir.
9. Ürün en fazla 300 adetlik ve karton kutularda teslim edilmelidir.
10. Her 25 adet batın 1 adet naylon poşetle muhafaza edilmelidir.

Erdem SÖLÜ

T. K. Y  



Murat KILINÇ  
Hemşire

Zeynep TAYYAR  
R. Ural

GEREKÇE

Hastanemiz AMELİYATHANE servisinde kullanılmak üzere BATIN KOMPRESİ RADYOPAKLI temini gerekmektedir.

Gereğini Bilgilerinize arz ederim.

Erdem SÖTLÜ  
T.K.T.  


Murat KILINÇ  
Hemşire  


Zeynep Tuzlu  
R. Akar.