



T.C.  
ŞANLIURFA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617  
Konu : Teklife Davet

24.10.2022

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65  
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER  
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	TEK PLANLI EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ	1	ADET			
2	EL BİLEK FİKSATÖR	1	ADET			
3	SCHANZ VİDASI	4	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 28.10.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	
Faks	Kaşe ve İmza
E-mail	

- NOTLAR:
1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
  3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi  
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500  
Akçakale/Şanlıurfa  
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma  
Tif : 0 414 3189300- Dahili 9465  
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65


**EKSTERNAL FİKSATÖRLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME  
EL BİLEK FİKSATÖRÜ**

1. Ürün Colles kırıkları için tasarlanmış ve kolay takılabilir olmalıdır.
2. Fiksatorün ana gövdesi Alüminyum özellik gösterecek bir hammaddeden yapılmalı, ara bar ve distal bağlantı aparatı ise hafif alüminyumdan mamül olmalıdır. Bunun dışında kalan tüm aksamlar ise paslanmaz çelik veya titanyum olmalıdır.
3. Fiksator distal klempini açlandırılabilir özellikte olmalı ve schanz çivileri 15-20-25mm aralıklarla ayarlanabilmek için gönderilebilmelidir.
4. Fiksator distal ve proksimal bölgesi arası ayarlanabilir açığa sahip bir bağlantı yapısında olmalıdır. Bu bağlantı distraksiyon özelliğine de sahip olmalı ve distraksiyon rotasyonel bir mil ile dereceli olarak yapılabilir.
5. Ara bağlantı barının uzunluğu ayarlanabilir olmalıdır.
6. Fiksator ana gövdesi üzerinde Dorsal/Palmar kaydırma yapılabilir. Bu mesafe ayarı 15mm altında olmamalıdır.
7. Fiksatorün schanz çivileri medikal kalitede çelikten, 3.2mm çapında, self taping uç yapısında olmalıdır.
8. Fiksator hastaya rahatsızlık vermemesi için en fazla 100 gr ağırlığında olmalıdır.
9. Fiksator ve aşağıdaki disposable uygulama aletlerinin tamamı steril ve kullanıma hazır tek bir paket içerisinde olmalıdır.
10. Schanz Çivisi, 3.2mm 4 Adet
11. 2.5mm Drill 1 Adet

Wrsit external fixator (Straight type) 6943048710651

φ3.5mm×80mm Schanz Çivisi 6943048770525

**Eksternal Fiksator Sut Kodu: Tv3116 ( Fiksatorü Oluşturan Tüm Komponentler dahil dir.)**

  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Akçayırda Devlet Hastanesi  
Uzman Dr. Mustafa İGEBİ  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Diy. Tes. No: 161360