

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617  
Konu : Teklife Davet

14.12.2020

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 14/12/2020 tarih ve saat 12:30'a kadar Baştaibiğimize elden, satinalmaakcd@gmail.com veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi  
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi  
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ  
Hastane Yöneticisi

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ TUŞ TAKIMI MEMBRAN PANEL TİPİ	2	ADET		
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ GÜÇ KAYNAĞI	5	ADET		
3	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU EKG	9	ADET		
4	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ NIBP HORTUMU	9	ADET		
5	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ TANSİYON MANŞONU BAĞLANTI TÜPÜ ÇİFT HORTUMLU 2 MT	9	ADET		
6	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU SPO2	9	ADET		
7	TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK	9	ADET		
8	EKG ARA KABLOSU IEC RENK KODLU	2	ADET		
9	EKG PUARI TEKLİ YETİŞKİN	2	ADET		
10	DEFİBRİLATOR CİHAZI EKG BAĞLANTI KABLOSU	2	ADET		
11	OTOKLAV POZİTİF BASINÇ KONTROL VALFİ	1	ADET		
12	OTOKLAV MOTOR SARGI	1	ADET		
13	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ NIBP BASINÇ MOTORU	1	ADET		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
<b>TOPLAM</b>					

EK: Teknik şartname

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
10. Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.
11. Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
12. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
SANLIURFA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI



HASTANE MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeye ihtiyaç görüldüğünden Satın Alınması / Onarımın yaptırılması için gereğini bilgilerinize Arz / Rica ederim.

İmza Döner Sermaye Ambarı: Mevcudu Vardır <input type="checkbox"/> Yoktur <input type="checkbox"/>	İmza Ambarda: Mevcudu Vardır <input type="checkbox"/> Yoktur <input type="checkbox"/>	İmza Eczane: Mevcudu Vardır <input type="checkbox"/> Yoktur <input type="checkbox"/>
CANAN KORKMAZ		

İstekte Bulunan(lar):

Birim Sorumlusu

Başhekim Yrd / Müdür Yrd.

BAŞTABIPLIK MAKAMINA UYGUN GÖRÜŞLE  
ARZ EDERİM

S.No	Satın Alınacak Onarılacak Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Tutarı
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ TUŞ TAKIMI - MEMBRAN PANEL TİP(150-13-02-01-240014328)	2	ADET		
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ GÜÇ KAYNAĞI - POWER SUPPLY(150-13-02-01-240014605)	5	ADET		
3	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU EKG(150-13-02-01-240014867)	9	ADET		
4	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ NIBP HORTUMU(150-13-02-01-240010905)	9	ADET		
5	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ TANSİYON MANŞONU BAĞLANTI TÜPÜ ÇİFT HORTUMLU 2 M(150-13-02-01-240017534)	9	ADET		
6	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU SPO2(150-13-02-01-240022909)	9	ADET		
7	TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK(150-13-02-01-240010972)	9	ADET		
8	EKG ARA KABLOSU IEC RENK KODLU(150-13-02-01-240010237)	2	ADET		
9	EKG PUARI TEKLİ YETİŞKİN(150-13-02-01-240010233)	2	ADET		
10	DEFİBRİLLATÖR CİHAZI EKG BAĞLANTI KABLOSU(150-13-02-01-240036411)	2	ADET		
11	OTOKLAV POZİTİF BASINÇ KONTROL VALFİ(150-13-02-01-240010701)	1	ADET		
12	OTOKLAV MOTOR SARGISI	1	ADET		
13	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ NIBP BASINÇ MOTORU(150-13-02-01-240017528)	1	ADET		

Döner Sermaye  
Satın alma Memuruna

Satınalma Birimi  
Kayıt No :

1 / 2020  
İdari ve Mali İşler Müdürü  
KEMAL KILINÇ

OLUR  
2020  
Dr.EMRE ALTINTAŞ  
Hastane Ürologi / Baştabip

## GERİKALDI

Maskelemiz Servislerde kullanılmakta olan  
Maske baskı Monitörlerin eksik paraları bulunmakta  
olup ve acil serviste kullanılmakta olan otoklar  
cihazının yedek parca alınmasına ihtiyaç vardır.  
Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Yılmaz KORKMAZ  
Kıdemetli Kayıt Yetkilisi



Hemşire  
Leyla SOYLU



## TEKNİK ŞARTNAMESİ

### TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK

- 1.PLUSMED ,BLT VE PHILIPS hastabaşı monitörlere uygunh malzemeler olmalıdır.
- 2.Prob;dezenfektan alkol vstemizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldığı malzeme bu temizlik ürünlerine dayanıklı olmalıdır.
3. Temini sağlanan prop çok kullanımlı olmalıdır.
- 4.Alınacak prob cihaz üzerinde denendikten sonar Kabul edilecektir.Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
5. Verilecek olan prop daha once kullanılmamış olup orjinal ambalajlı şekilde verilecektir.
6. Spo2 probu yetişkin hastalara uyumlu parmak tipi olmalıdır.
7. Spo2 probunun CE belgesi olmalıdır.
8. Teklif edilen probun en az bir (1) yılgarantisi olmalıdır.
9. Spo2 kablosu bükülmelere ve darbelere dayanıklıdır.
10. Spo2 probu lateks içermemelidir.,
- 11.Yüklenici firma herhangi bir sıkıntıda biyomedikal sorumlusuyla görüşülecektir.
- 12.Bu istenen ürünlerden her marakdan numune gönderilmelidir.


### DEFİBRİLATOR CİHAZI EKĞ BAGLANTI KABLOSU

- 1.Cihaz markası lifepointtri.
- 2.ekg bağlantı kablosuna ihtiyaç vardır.
3. Temini sağlanan prop çok kullanımlı olmalıdır.
- 4.Alınacak prob cihaz üzerinde denendikten sonar Kabul edilecektir.Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
5. Verilecek olan prop daha once kullanılmamış olup orjinal ambalajlı şekilde verilecektir.

### EKG PUARI TEKLİ YETİŞKİN VE EKG ARA KABLOSU IEC RENK KODLU

1. Cihaz markası nihon köhdendir.

Canan KORKMAZ  
Ticari Kayıt Yetkilisi



Hemşire  
Erden SAĞLU



2. ekg bağlantı kablosuna ihtiyaç vardır.
3. Temini sağlanan prop çok kullanımlı olmalıdır.
3. 4. Alınacak prob cihaz üzerinde denendikten sonar Kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
4. 5. Verilecek olan prop daha önce kullanılmamış olup orjinal ambalajlı şekilde verilecektir.

### **GENEL NİTELİKLER**

**Hastanemiz servislerinde kullanılmakta olan tıbbi monitörlerin ekg kablolarına**

**Nıbp hortumlarına**

**Tansiyon manşonlarına**

**Ve bunların ara bağlantı kablolarına ihtiyaç vardır.**

.ekg bağlantı kablosuna ihtiyaç vardır.

3. Temini sağlanan prop çok kullanımlı olmalıdır.
4. Alınacak prob cihaz üzerinde denendikten sonar Kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
5. Verilecek olan prop daha önce kullanılmamış olup orjinal ambalajlı şekilde verilecektir.

### **GENEL HUSUSLAR**


1. Malzemenin bakımı ve kullanımı ile ilgili orjinal dilinde kullanım kılavuzu varsa bu kılavuz ve Türkçe kullanım kılavuzu malzemenin teslim edildiği birimde sorumlu kişiye teslim edilmelidir.
2. Malzemeler en az **2 yıl** garantili olmalıdır.
3. Raf ömrü olan malzemeler için 24 aylık (2 yıl) raf ömrü bulunmalıdır.
4. Malzemelerde kalibrasyon durumu olması halinde, malzeme ile birlikte **fabrika çıkış kalibrasyon raporları** Klinik Mühendislik Hizmetleri

Canan K...  
Taşınır

Klinik Mühendislik Hizmetleri  
Lisans No: 123456789

- birimine teslim edilecektir.
5. Faturalarda veya fatura ekinde teslim edilen malzemelerin varsa marka, model ve seri numaraları yazacaktır.
  6. Teklif veren firma teknik şartnamedeki maddeleri cevaplayarak şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaktır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  7. Numune istenmesi durumunda teklifle birlikte numuneler gönderilmelidir.
  8. Yüklenici firma tarafından teklif edilen malzemenin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale dokümanları içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB ve MKYS'den kontrol edilir.
  9. Yüklenici firma teklifle birlikte Satış Yeri Yeterlilik Belgesini satın alma dokümanlarında beyan etmelidir.
  10. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.
  11. **UBB' ye tabi olmayan malzeme** alınacaksa kapsam dışı olan cihazlar için "Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri" konulu genelgenin 2.4. maddesi gereğince satın alma süreci tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalatçısı tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan görüş alınarak TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkanlığına bilgi verilecektir. (Bu durumda teklif edilecek ürünler için firmalar ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini tamamlamalıdır.)
  12. Malzeme ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.
  13. Alınacak ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.

Canan KORKMAZ  
Taşınır Kayıt Yetkilisi



T.C. Sağlık Bakanlığı  
Etiler/Şişli  
