

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

9.5.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 17.05.2019 tarih ve saat 16:00'a kadar Baştabipliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Dr.Şeyhmus GÖZ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ BAKIM ONARIMI	1	ADET		
2	0	0	0		
3	0	0	0		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
- 10 **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
- 11 **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- 12 **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ

HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Akçakale devlet hastanesinde mevcut olan hemşire çağrı cihazının 4 ayda bir periyodik bakım ve kontrol edilecektir.
- 2.Bakım hizmeti : düzenli kontrol ,koruyucu bakım,tam bakım,kalibrasyon,arıza giderimi ve gerekiyorsa kurumca piyasadan temin edilecek parça değiştirme işlemini kapsamaktadır.
- 3.Bu şartnamede belirtilen hemşire çağrı sisteminin yedek parça bedeli hariç bakım ve onarım işlemleri için hiçbir suretle ilave ücret talep edilmeyecektir.
- 4.Firma , hemşire çağrı sisteminin devamlı çalışır durumda bulunması için sistemin her türlü aksamının koruyucu bakımını 1 yıl süre ile 3 defa periyodik olarak yapılacaktır.
- 5.Periyodik bakımlarda bakımcı firma , sistemin bakımı , onarımı ve kalibrasyonu için gerekecek her türlü aleti ve temizlik malzemelerini kendisi temin edecektir.
- 6.Yüklenici , periyodik bakıma gelmeden 2 gün önce bakım ve onarıma geleceğine dair yazıyla veya telefonla ve ya faks ile bildirecektir.
- 7.Hemşire çağrı sisteminin servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.
- 8.Firma ilk bakımda serviste görevli hemşire ve personele hemşire çağrı sisteminin nasıl kullanılacağı hakkında eğitim verecektir ve hiçbir suretle ücret talep edilmeyecektir.
- 9.Firma sözleşmenin son ayı içerisinde hastane idaresine, tüm hemşire çağrı sistemini kapsayan genel durum raporu düzenleyecek ve tüm hemşire çağrı sistemini iş bitiminde arızasız ve çalışır vaziyette idareye teslim edecektir.
- 10.Sisteme ait çağrı paneli , kablolu el seti , çağrı reset ünitesi, kapı üstü lambası, ipli wc butonu , tesisat vb. parçalarının arızalı olduğu ve tamirinin mümkün olduğu tespit edilirse , arızalı parçanın yenisi idare tarafından temin edildikten sonra arızalı parça yenisi ile değiştirilecektir.yeni takılan parçalarının sisteme tanıtılması yüklenici firma sorumluluğundadır.
- 11.Hemşire çağrı sisteminin üretici firması tarafından belirlenmiş yazılım güncellemeleri olursa yüklenici firma tarafından yazılım güncellemesi yapılacak olup bu işlem için firma hiçbir suretle ücret talep edilmeyecektir.
- 12.Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
- 13.Yüklenici cihazların elektrik ve güvenlik testlerini de her bakımda yapmalıdır.

14.Hemşire çağrı sisteminden çıkarılacak eski parçalar teknik servise teslim edilecektir.

15.Firma 4 ayda bir yapılan periyodik bakım sonrasında bakımları gösteren bir rapor düzenleyip mutlaka servis sorumlu hemşiresine ve teknik birim sorumlusuna imzalatıracaaktır.3 nüshalık firmaya ait servis formu ile birer nüshası ilgili birimse , birer nüshası yüklenicide kalacak, diğer nüshası ise fatura ile satın alma birimine verecektir.

16.Bakımda firma her arıza ihbarı sonrasında gidermiş olduğu arızayı ve yapılan işleri belirtecek bir rapor düzenleyecektir.

17. Servis hizmeti sonunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

18. Değişecek yedek parçalar, cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecektir.

19.Kullanılacak olan, her türlü yedek parça en az 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde, bu bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile, arızalanan parça Yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirecektir.

20. Yüklenici yürürlükteki uygun mevzuata göre her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Periyodik bakım ve onarım esnasında meydana gelebilecek kazalardan tamamen yüklenici firma sorumlu olacaktır. Bu nedenle yüklenici teknik ekibini gerekli iş güvenliği donanımı ile donatmak zorundadır.

21. Yüklenici; bakım ve onarımlar sırasında oluşacak her türlü arıza ve hasardan sorumlu olacak, verilen zarar yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderilecektir.

22. Arıza durumlarında yüklenici mesai saatleri dışında çalışmayı kabul edecektir. Ayrıca, yüklenici iş saatleri dışında veya tatil günlerinde çalıştığında (Bayramlarda ve resmi tatil günleri de dahil) veya arıza bakımı nedeniyle tatil günlerinde ve iş saatleri dışında çalışmak zorunda kaldığında veya normal çalışma saatlerinde başlamış bir çalışma iş saatleri dışına taşıdığına, bu normal iş saatleri dışındaki çalışmalar için; her ne nam altında olursa olsun ek ücret ve teknisyenin seyahat masraflarını ve benzeri giderleri talep etmeyecektir.

23.Servis hizmeti sonunda, çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

24.Periyodik Bakım dışında Yüklenici arıza ihbarından itibaren en geç 2 saat içerisinde müdahale edecektir. Arıza ihbarının bildirilmesinde bir anlaşmazlık söz konusu olursa İdarenin ilgili birimlerinin telefon, faks, sms ya da elektronik posta ile bildirim saati ve kayıtları dikkate alınacaktır.

Teknik bakımda yapılması gerekenler :

1.Hemşire çağrı sisteminin tüm işlevleri kontrol edilecektir.Her türlü yazımsal hatalar giderilecektir.Temizlikleri yapılacaktır ve belirlenen tesisatlar arızaları giderilecektir.

2.Çağrı cihazlarından gelen alarm bilgileriyle panel üzerindenki mekan adreslerinin doğruluğu konrol edilecektir.Hatalıysa düzeltilecek.

3.Pili değiştirmesi gereken cihazların pilleri sözleşme süresince ücretsiz olarak değiştirilecektir.

4.Kontrol panelindeki tüm elektriksel bağlantıları , koruma ve kontrol elemanları kontrol edilecektir.

5.Kontrol panelinin bataryanın şarj devrelerinin ve de güç kaynaklarının sağlamlığı kontrol edilecektir.

BAKIM ONARIM YAPILACAK MALZEMELER

NO	MALZEMENİN CİNSİ	ADET
1	HEMŞİRE ÇAĞRI PANOSU	6
2	HEMŞİRE ÇAĞRI BUTONU (KABLOSUZ YATAK BAŞI ÜNİTESİ)	53
3	KABLOLU EL TERMİNALİ	95
4	WC BANYO BUTONU	50
5	KAPI ÜSTÜ LAMBASI	46

KALİTE BİRİM SORUMLUSU


Natice Çoban

EĞİTİM HEMŞİRESİ


Berke Abalan

KALİTE DİREKTÖRÜ


Gamze Topçu