



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

14.10.2022

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	NST CİHAZI TOCO (SANCI) PROBU (LUCKCOME L8P MARKAYA UYUMLU)	1	ADET			
	NST CİHAZI TOCO (SANCI) PROBU (COMEN STAR 5000 D MARKAYA UYUMLU)	1	ADET			
2	DEFİBRİLATÖR CİHAZI BATARYASI (LİFE POINT PRO MARKAYA UYUMLU)	1	ADET			
3	DEFİBRİLATÖR CİHAZI BATARYASI (NİHON KOHDEN MARKA TEC-5500 VE 5600 MARKAYA UYUMLU)	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 20.10.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

- NOTLAR:
1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
 3. UBB barkod numarası olmayan teklifler kapsam dışı sayılacak,teklifler geçersiz sayılacaktır.
 4. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500 Akçakale/Şanlıurfa
e-posta : satinalmaakcd@gmail.com
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tlf : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

DEFİBRİLATÖR CİHAZI BA'TARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Batarya firmanın orjinal ürünü olacaktır.
2. Batarya 12V olmalıdır. Bu değerlerin üstünde ve altında güçte batarya alınmayacaktır.
3. Batarya Nickel -metal Hydride olmalıdır.
4. Batarya soketi LIFE POINT marka PRO modellerine uygun olacaktır.
5. Bataryada kalan pil gücü için kontrol butonu ve kademeli led göstergesi olmalıdır.
6. Batarya üzerinde firma bilgileri , batarya özelliklerini , tehlikeli kullanım durumları ve benzeri durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
7. Cihazın maksimum enerji seviyesi ile 20 °C sıcaklığında tam şarj olmuş yeni bir batarya 270J' de en az 200 defa şok yapabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
8. Batarya 3 saatte şarj olacak kapasiteye sahip olmalıdır.
9. Batarya CE belgeli olmalıdır. Bunu teklif ile birlikte cihaz üreticisinden alınmış yetki veya distribörün tarafından yetkilendirildiğine dair belgesi verilecektir.

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Abdullah YÜRÜYEN
Birim Sorumlusu

DEFİBRİLATÖR CİHAZI BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Batarya firmanın orjinal ürünü olacaktır.
2. Batarya 12V, 2800mAh olmalıdır. Bu değerlerin üstünde ve altında güçte batarya alınmayacaktır.
3. Batarya Nickel -metal Hydride olmalıdır.
4. Batarya soketi Nihon Kohden marka TEC-5500 ve 5600 serisi modellerine uygun olacaktır.
5. Bataryada kalan pil gücü için kontrol butonu ve kademeli led göstergesi olmalıdır.
6. Batarya üzerinde firma bilgileri , batarya özelliklerini , tehlikeli kullanım durumları ve benzeri durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
7. Cihazın maksimum enerji seviyesi ile 20 °C sıcaklığında tam şarj olmuş yeni bir batarya 270J'de en az 200 defa şok yapabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
8. Batarya 3 saatte şarj olacak kapasiteye sahip olmalıdır.
9. Batarya CE belgeli olmalıdır.Bunu teklif ile birlikte cihaz üreticisinden alınmış yetki veya distribörün tarafından yetkilendirildiğine dair belgesi verilecektir.

Yunus DOĞAN

Akçakale Devlet Hastanesi
Tasarruf Kayıt Yetkilisi

Zeliha ULU

Acil Birim
Sorumlu Yardımcısı

NST CİHAZI TOCO(SANCI) PROB TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Teklif edilen prob LUCKCOME marka L8P model NST cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2.Teklif edilen ürün sıfır ve orijinal olmalıdır.
- 3.Teklif edilen ürün sancıları ölçebilmelidir.
- 4.Tocolar cihaza takıldığında çalışır halde olmalıdır.

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Teşhir Kayıt Yetkilisi

Ortaç MERT
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

(Handwritten signature)

NST CİHAZI TOCO(SANCI) PROB TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen prob COMEN marka STAR 5000 D model NST cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün sıfır ve orijinal olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün sancıları ölçebilmelidir.
4. Tocolar cihaza takıldığında çalışır halde olmalıdır.

Yunus DOĞAN
Akcahalı Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Yunus DOĞAN
Akcahalı Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Yunus DOĞAN

GEREKÇE

Hastanemiz doğumhane servisinde kullanılmak üzere 4 adet nst tocosu ihtiyacımız bulunmaktadır. Hastanemizde hasta yoğunluğunun fazla olması ve doğumhanede nst tocolarının yıpranmasından dolayı sıkıntı yaşanmaması için nst tocosu ihtiyacımız bulunmaktadır.

Gereğini arz ederim.

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınım Dayan Yetkilisi

Onur ERGİT
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınım Dayan Yetkilisi

Kemal KILINÇ
Akçakale Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

A. F. Doğan

Op.Dr.Mehmet GÜNER
Akçakale Devlet Hastanesi
Başhekim

GEREKÇE

Hastanemizde life point marka defibrilatör cihazının bataryası arızalanmıştır.Cihaz dahili serviste kullanılmakta olup aktif olarak sahada kullanılan hastalara müdahale gerektiren bir cihazdır.Cihazın batarya sorunu olması ve güç kablosu kesildiğinde kapamı işlem görmemesinden kaynaklı hasta mağduriyetini gidermek ve hastalara daha özenli ve daha iyi şekilde tedavi vermek amacıyla 1 adet batarya ihtiyacımız bulunmaktadır.

Geregini bilgilerinize arz ederim.

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Ticari Kayıt Yetkilisi

Abdullah YÜRÜYEN
Birim Sorumlusu

Op.Dr.Mehmet GÜNER
Akçakale Devlet Hastanesi
Başhekim

Kemal KILINÇ
Akçakale Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

GEREKÇE

Hastanemizde nihon kohden marka defibrilatör cihazımızın bataryası arızalanmıştır.Cihaz acil serviste kullanılmakta olup aktif olarak sahada kullanılan ve aynı zamanda hastanın radyoloji birimine gittiğinde hasta ile birlikte bulunması ve kullanılması gereken bir cihazdır.Cihazın batarya sorunu olması ve güç kablosu kesildiğinde kapanıp işlem görmemesinden kaynaklı hasta mağduriyetini gidermek ve hastalara daha özenli ve daha iyi şekilde tedavi vermek amacıyla 1 adet batarya ihtiyacımız bulunmaktadır.

Gereğini arz ederim.

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Zeliha İLÜ
Acil Birim
Sorumlu Yardımcısı

Kemal KILINC
Akçakale Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Op.Dr.Mehmet GÜNER
Akçakale Devlet Hastanesi
Başhekim