

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

17.05.2021

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 01/01/2021 tarih ve saat 15:00 `a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65
Fax Numarası :0414 318 94 23
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	GÖZ İÇİ DENGELİ TUZ ÇÖZELTİSİ	15	ADET		
2	FAKO İNFÜZYON KILIFI	5	ADET		
3	FAKO TUBİNG SETİ DİSPOSABLE	20	ADET		
4	FAKO TİP VE TİP SIKACAĞI	5	ADET		
5	%3,7 SODYUM KONDROİTİN SÜLFAT-%3 SODYUM HYALURONAT VİSKOELASTİK	20	ADET		
TOPLAM					

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

GEREKÇE

Hastanemiz göz ameliyatlarında kullanılmak üzere Fako Tubing Seti, Fako infüzyon kılıfı, Fako tip ve Tip Sıkacağı ve Göz içi Dengeli Tuz çözeltisi temini gerekmektedir.

Gereğini Bilgilerinize arz ederim.

Murat KILINÇ
Hemşire

Dr. Mustafa BIRNOLAN
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 143315
Akçakale Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Mehmet TAYFUR
Akçakale Devlet Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 143910

GÖZ İÇİ DENGELİ TUZ ÇÖZELTİSİ 500ML
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün cam şişe içerisinde ve berrak olmalıdır. Şişesi sağlam malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Bikarbonat içeriği, PH'ı ve diğer iyonik içeriği ile retinaya toksik olmamalı ve korneayı korumalıdır.
3. Ürün, kornea irrigasyonunda, fakoemülsifikasyon ve vitrektomi gibi cerrahi müdahalelerde doku ve hücreleri koruyucu, aynı zamanda korneal ödem ve endotel hasarını önleyici olan dengeli tuz çözeltisi-irigasyon solüsyonu olmalıdır.
4. Ürün osmolitesi 300-325 arası mosmol/L olmalıdır.
5. İçeriğinde CaCL %0.048, MgCl %0.03, sodyum acetate % 0.39 NaCl %0.64, Na citrate %0.17, Potasyum klorid %0.075, Sodyum Hidroksid ve/veya Hidroklorik asit (PH dengeleyici) olmalıdır.
6. Şişe etiketi üzerinde üretim yeri, son kullanma tarihi, CE işareti, lot numarası ve barkodu, maksimum saklama sıcaklığı ve çözeltinin içeriği belirtilmiş olmalıdır.
7. Ürünler T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB)/Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olmak zorundadır.
8. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uygunluk kararı kullanımdan sonra ve muayene komisyonunun onayı ile verilecektir. Ürünler için "Numune Listesinde" ayrıca numune sayısı belirtilmemiş ise ikiadet numune bırakılacaktır.
10. Herhangi bir nedenle tüketilmeyen ürünler sözleşme süresince son kullanma tarihinden 3 ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.
11. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.
12. Muayene Komisyonu gerek duyduğu ürünlerden her seri için yeterli sayıda numune alarak analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır. Analiz sebebi ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
13. Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
14. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir. Değiştirilen malzeme en geç 5 iş günü içinde kuruma teslim edecektir.

Murat KILINÇ
Hemşire

Uzm. Dr. Mehmet TAYFUR
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No: 57345
Akçakale Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Mehmet TAYFUR
Akçakale Devlet Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No: 143910