

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

8.4.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 07.08.2019 tarih ve saat 16:00`a kadar Baştabliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax`ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Dr.Şeyhmus GÖZ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	MERKEZİ VAKUM KOMPRESÖRLERİ BAKIM ONARIM	3	ADET		
2	0	0	0		
3	0	0	0		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
10. **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
11. **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
12. **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

Not: Tekliflerde Karafama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

MERKEZİ VAKUM KOMPRESÖRLERİ BAKIM ONARIM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)Vakum pompalarının genel temizliği yapılacaktır.
- 2)Pompa kaplin lastiklerinin kontrolü yapılmalıdır.
- 3)yağ filtrelerinin kontrolü yapılmalı ve gerekiyorsa değiştirilmelidir.
- 4)dijital göstergeler ve manometreler kontrol edilerek , arızalı olanlar değiştirilmelidir.
- 5) Motor yağları kontrol edilerek çalışma süreleri göz önüne alınarak gerekiyorsa değiştirilmelidir.
- 6)Vakum tanklarının malzeme ve kaynak bağlantıları yerlerinde gözle kontrol edilmelidir.
- 7)Tank hava emiş göstergesi, manometresi kontrol edilmelidir.
- 8)Vakum tankı ile bağlantılı kolektörleri arasında ki bağlantılar kontrol edilecektir
- 9) Sisteme ait vamnalar, selenoid valfler, elektriksel ekipmanlar ile panolar çalışıp çalışmadığını kontrolü yapılacaktır.
- 10)Vakum pompasının, yağ filtresi, hava filtresi, vakum yağını değiştirecek ve makine, motor, elektrik akışlarının bakım ve temizliklerinin yaparak egzoz filtrelerini değiştirilecektir.
- 11)Yetkili firmanın yeterlilik belgesi olması gerekmektedir.

Kemal ALINÇ
Akçaklı
Tüccar Yardımcısı

Selahattin TOY
HENSİRE

Canan KORKMAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi