

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü  
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617  
Konu : Teklife Davet

19.10.2021

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** en geç 25/10/2021 tarih ve saat 15:00 'a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65  
Fax Numarası :0414 318 94 23  
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Mehmet GÜMER  
Hastane Yöneticisi

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	AMELİYET MİKROSKOBU AMPULÜ XENON 180 WATT	1	ADET		
2					
<b>TOPLAM</b>					

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma  
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

## OPMI LUMERA T MODEL AMELİYAT MİKROSKOBU İÇİN XENON LAMBA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hastanemizde mevcut kullanılmakta olan Carl Zeiss marka, LUMERA T model mikroskoba birebir uyumlu olmalıdır.
2. Kullanılacak mikroskobun koaksiyel aydınlatması ile birebir uyumlu çalışabilmelidir.
3. Kullanılacak mikroskobun yer ayağı üzerine entegre edilmiş, ana ve yedek ışık modülünde sorunsuz çalışabilmelidir.
4. Xenon Ampul, beyaz ışık teknolojisine sahip olmalıdır.
5. Xenon Ampul, cihaz üzerindeki kullanım ömrü en az 500 saat olmalıdır.
6. Xenon Ampul, çanak tipte aynalı yapıya sahip olmalı, çanak çapı(diyametrisi) 67mm. olmalıdır.
7. Xenon Ampulün 5 pinli bağlantı soketi olmalıdır.
8. Xenon Ampul, voltajı 14,5V ışık gücü 180Watt olmalıdır.
9. Yine aynı markada kullanılan ampul olmalı ve aynı kalitede olmalıdır.
10. Xenon Ampul, 220V, 50Hz şehir ceryanı ile +/-%10 luk tolerans ile çalışmalıdır.

Murat Kılıç  


YURUS DOĞAN  
Akçakale Devlet Hastanesi  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Orhan MERT  
Akçakale Devlet Hastanesi  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Uzm. Dr. Mehmet AYELER  
Akçakale Devlet Hastanesi  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tez. No: 143910