



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

05.07.2022

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	GAMBRO MARKA HEMODİYALİZ CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI	6 AY	6 BAKIM			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 07.07.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

- NOTLAR:
1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
 3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
E mail : satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tlf : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

GAMBRO MARKA HEMODİYALİZ CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif verecek firma bakım-onarım yapılacak diyaliz cihazı markasını kapsayan Yetkili Teknik Servis Belgesi'ne sahip olmalıdır.
2. Teklif verecek firma bakım-onarım yapılacak diyaliz cihazı markasını kapsayan TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
3. Teknik personelin güncel eğitim sertifikaları olmalıdır (2020 yılı veya sonrasında alınmış olmalıdır).
4. Sözleşme süresince müteahhit sözleşmede bakımı yapılacak olan hemodiyaliz cihazlarını çalışır halde tutacaktır.
5. İdare, cihazlarda meydana gelebilecek bir arıza için müteahhidi çağırdığı andan itibaren müteahhit en geç 2 iş günü içerisinde servis elemanını arıza mahalline gönderecek, servis elemanı söz konusu arzayı yerinde görüp, arzayı giderecek, arıza formunu düzenleyerek bir nüshasını bilgi için hemodiyaliz bölümüne, bir nüshasını faturanın ekinde idareye ve bir nüshasını da firmada saklanmak üzere kendisinde tutacaktır.
6. Kullanıcı hatası/hataları dışında gerekebilecek tüm yedek parçalar yüklenici tarafından sözleşme dahilinde ücretsiz olarak temin edilecektir. Yedek parça gerektiren arızalarda en geç 10 iş günü, yedek parça gerektirmeyen arızalarda ise en geç 5 iş günü içerisinde cihaz çalışır duruma getirilecektir.
7. Bakım esnasında cihazlara ve üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici firma sorumludur.
8. Yüklenici, cihaza yapacağı her türlü müdahaleden sonra servis formu ile belgelendirecektir ve bunu klinik yetkilisine imzalatacaktır. Formun imzalı bir nüshası klinik yetkilisine teslim edilecektir.
9. İdare dışarıdan orijinal olmayan hiçbir yedek parçayı cihazda kullanılmak üzere temin etmeyecektir.
10. Aylık periyodik kontrol esnasında yapılması gerekenler aşağıda verilmiştir;
 - Cihaz dış yüzey dezenfeksiyonunun yapılmış olduğunun kontrolü
 - Cihazın FCH kontrolünün yapılması
 - Kondaktivite nin kontrol edilmesi
 - Diyalizat sıcaklığının kontrol edilmesi
 - Error kod geçmişinin kontrol edilmesi ve verilmiş olan hata kodlarının araştırılması
 - Dezenfeksiyon geçmişinin kontrol edilmesi ve eksikler varsa belirtilmesi
 - Cihazın mekanik ve elektronik aksamının görsel kontrolü (bağlantılar, kablolar, korozyon, sıvı kaçağı vb.)
 - Arıza çıkarma ihtimali olan parça(lar) ın belirlenmesi ve bildirilmesi.