



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

27.10.2022

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	EKG KABLOSU BANANA UÇLU AHA RENK KODLU SENTOPREN KAPLI 4.00 NİM 12 LEAD	20	ADET			
2	ELEKTRO CERRAHİ- DAMAR KAPAMA, KOTERİZASYON PROBU ARA KABLOSU MONOPOLAR-TEK KUTUPLU	4	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 03.11.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

NOTLAR: 1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17,
63500 Akçakale/Şanlıurfa
E mail : satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

EKG KABLOSU BANANA UÇLU AHA RENK KODLU SENTOPREN KAPLI 4.00 MM 12 LEAD
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yedek parça Biocare marka cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilecek ürünler yeni, orijinal paketinde ve kullanılmamış olmalıdır.
3. Teklif edilecek ürünler cihazlarda fonksiyon kaybına veya var olan işlevlerin iptaline yol açmamalıdır. Yedek parça ile ilgili oluşabilecek yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur ve ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.
4. Teklif edilecek ürünler, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Cihaz/ürün/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek yedek parçalar kullanılmamalıdır.
5. EKG kablolarında çekim esnasında parazit olmamalıdır.
6. Talep edilen kablolar en az 2 metre uzunluğunda olmalıdır.
7. Teklif edilecek ürünler cihazda denendikten sonra giriş yerleri uygun ve problemsiz gösterirse uygunluk verilecektir. Teklif veren firma 1 adet numune yollayacaktır.
8. İstekliler ve teklif ettikleri ürünler T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi'ne(ÜTS) kayıtlı olmak zorundadır.
9. Miadlı ürünlerde herhangi bir nedenle tüketilmeyen ürünler sözleşme süresince son kullanma tarihinden 3 ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.
10. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.
11. Muayene Komisyonu gerek duyduğu ürünlerden her seri için yeterli sayıda numune alarak analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır. Analiz sebebi ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
12. Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
13. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir. Hatalı üretim malzemenin alındığı hastanede ürünü teslim eden firma ilgili kliniğin iki kullanıcı hekimi tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilmesi ile firma 24 saatte malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez aynı malzemede üretim hatası ilgili branş hekimi tarafından tespit edilirse firma geri kalan tüm malzemeleri 24-48 saatte değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim için ücret talep edemez. Değişim için aynı ihalede teklif verilen ürünler arasından mevcut firmadan daha yüksek teklif veren ürünlerden birisi olmalıdır.
14. Alınacak ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.
15. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ve alıma çıkan malzeme ismi ile bulunmalıdır. Bu duruma uymayan fatura ve irsaliye firmaya geri gönderilecektir.

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

Zeliha ULU
Acil Birim
Sorumlu Hemşiresi

Haydar ÖZTÜRK
Acil Birim Sorumlusu

16.Sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim süreçlerinde tedarikçiler tarafından düzenlenen irsaliye ve faturada alınan cihazın MKYS Malzeme tanımları ile marka, model ve seri numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekir. MKYS ismi kullanılmayan faturalar ödenmeyecektir.

17.İdare tarafından UBB si istenen fakat firma tarafından UBB kapsam dışı olarak belirtilen cihazlar için TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)'dan alınmış kapsam dışı beyanı sunulmalıdır. Firmanın kendi beyanı geçerli değildir.

18.Garanti süresi boyunca bakım, onarım yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlarında künye numarası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel tarafından bu alan doldurulmalıdır.

19.Malzeme ile ilgili her türlü kargo ücreti Firmaya aittir. Malzemeler en az 2 yıl garantili olmalıdır. Raf ömrü olan malzemeler için 24 aylık (2 yıl) raf ömrü bulunmalıdır.

20.Montaj yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Taşıma sırasında cihazda oluşabilecek sorunlardan yüklenici firma sorumludur.

21.Parçalar teknik servis gözetiminde firma tarafından takılacaktır.

22.Alınan parçalar firma tarafından cihaza takılacak ve herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Cihaz parça takıldıktan sonra aktif olarak çalışmazsa firma sorumlu tutulacaktır. Firmanın taktıkları parçalar 24 ay garanti kapsamında olduğu için bozulduğu takdirde yenisiyle değiştirilecektir.

CİHAZ ADI: EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) CİHAZLARI, EKG CİHAZI 12 KANAL YAZICI ÇIKIŞLI

MARKA:BIOCARE

MODEL:İE12A

Yunus DOĞAN
Alçakale Devlet Hastanesi
Tıbbi Kayıt Yetkilisi

Haydar ÖZTÜRK
Acil Birim Sorumlusu

Zeliha ULU
Acil Birim
Sorumlu Yardımcısı

KOTER PLAĐI ARA KABLOSU ÇİFT GİRİŐLİ TEKNİK ŐARTNAME

- 1.Kurumumuzda mevcut olan BOWA ve PETAŐ marka cihazlar ile uyumlu olmalıdır.
- 2.Ürün reusable olmalıdır.
- 3.Kablo koter cihazı ile birlikte kullanılacak olan disposable koter plađı arasındaki bađlantıyı sađlamalıdır.
- 4.Kablonun koter plađı ile bađlantıyı sađladığı tutaç kısmı klemp Őeklinde olmalıdır.
- 5.Kablo çiftli(split) koter plakları ile kullanılabilmelidir.
- 6.Kablonun uzunluđu en az 4,5 mt olmalıdır.
- 7.Ürünün buhar ve plazma ile sterilizasyonu yapılabilmelidir.
- 8.Kablo kullanılacak olan koterin girişlerine uygun olmalıdır.

Murat KILINÇ



Murat ORAN



Abdus Degan
P.İ. 4



GEREKÇE

Hastanemizde bulunan toplamda 3 adet elektro koter cihazının mevcut ara kaloları arızalanmış olup cihazlar aktif olarak kullanılmamaktadır. Cihazların kullanılması ve ameliyathanelerin devam etmesi aynı zamanda hasta mağduriyetinin yaşanmaması açısından toplamda 4 adet koter ara kablosu ihtiyacımız bulunmaktadır.

Geregini bilgilerinize arz ederim.


Murat YILMAZ




Murat ORTAÇ



Yusuf Başer
Rk. 4




Kocaeli Bölge Hastanesi
Akın Akın
İdari ve Mali İşler Müdürü

GEREKÇE

Hastanemizde bulunan ekg cihazlarının kabloları arızalandığından ve hastanemizde yedek kablo bulunmadığından hastalara daha iyi tedavi vermek daha güvenli bir şekilde bakmak açısından 20 adet ekg kablosu ihtiyacımız vardır.Hastanemizde toplamda 11 adet 12 kanallı ekg cihazı olup aktif kablolar ile birlikte 1 tane yedek bulundurmak ve hasta tedavilerinin aksamaması için ihtiyaç bulunmaktadır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

~~Munus DOĞAN~~
~~Akçakale Devlet Hastanesi~~
~~Taahhüt Kayıt Yetkilisi~~

~~Zeliha ULU~~
~~Acil Birim~~
~~Sorumlu Yardımcısı~~

~~Haydar ÖZTÜRK~~
~~Acil Birim Sorumlusu~~

~~Kemal ULU~~
~~Akçakale Devlet Hastanesi~~
~~İdari ve Mali İşler Müdürü~~

~~Gülşen~~
~~Hastanesi~~
~~İdari ve Mali İşler~~