

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

01.06.2021

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . **KDV Hariç** en geç **07/06/2021** tarih ve saat **15:00** 'a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65
Fax Numarası :0414 318 94 23
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Mehmet GÜMER
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI KILIFI SETİ (TEK KULLANIMLIK)				
2					
TOPLAM					

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.


EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA


Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

**C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI KILIFI SET (TÜP - DEDEKTÖR - C KOL) TEK
KULLANIMLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hareketli C-Kollu skopi kılıfı, x ışını jeneratörünün ve röntgen tepsisinin, ışınları engellemeyen yapıda ve cihazın hareket kabiliyetini kısıtlamayan özellikte olmalıdır.
2. Ürün şeffaf olmalıdır.
3. Ürün tek tek steril edilmiş ambalajlarda olmalıdır.
4. Ürünü sabitleyecek yapışkan, sağlam bantlar veya lastikli sisteme sahip olmalıdır.
5. Ürün işlem sırasında yırtılmamalıdır, sağlam olmalıdır.
6. Ürün birleşim yeri yapışkanlı olmamalıdır, ısı ile yapıştırılmalıdır.
7. Ebatları 100 (± 5) cm boy, 80 (± 2) cm en olmalıdır. Lastikli veya bantlı sistem, en üzerinde olmalıdır.
8. Steril teslim edilecek ürünler için paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uygunluk kararı kullanımdan sonra ve muayene komisyonunun onayı ile verilecektir. Ürünler için "Numune Listesinde" ayrıca numune sayısı belirtilmemiş ise bir adet numune bırakılacaktır.
10. Herhangi bir nedenle tüketilmeyen ürünler sözleşme süresince son kullanma tarihinden 3 ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.
11. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.
12. Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
13. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir. Hatalı üretim malzemenin alındığı hastanede ürünü teslim eden firma ilgili kliniğin iki kullanıcı hekimi tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilmesi ile firma 24 saatte malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez aynı malzemede üretim hatası ilgili branş hekimi tarafından tespit edilirse firma geri kalan tüm malzemeleri 24-48 saatte değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim için ücret talep edemez. Değişim için aynı ihalede teklif verilen ürünler arasından mevcut firmadan daha yüksek teklif veren ürünlerden birisi olmalıdır.


Onur MERT
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi


Yunus Beyen
P.İ.E.Y.


Murat KILINÇ
Hemşire