

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

2.12.2019

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 05.12.2019 tarih ve saat 16:00'a kadar Baştaibiğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	ENDOSKOPIK KAMERA KORUYUCU KILIF 14 CM X 250 CM	200	ADET		
2	0	0	0		
3	0	0	0		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolardır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
- 10 **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
- 11 **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- 12 **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

ENDOSKOPIK KAMERA KORUYUCU KILIF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şeffaf ve steril paketlerde olacaktır.
2. Kamera optik ve kablolarının steril olarak muhafazasını sağlama amacına yönelik olacaktır.
3. Kılıf uzunluğu 250 cm (± 20 cm) boyunda olacaktır.
4. PE materyalden imal edilmiş olup, yeterli miktarda yapışkan bantlar ve klipsler olacaktır.
5. Yapışkan bantın rahat açılıp yapışma özelliği olmalıdır.
6. Tek kullanımlık olmalıdır.
7. EO ile steril edilmiş olmalıdır.
8. Etiket üzerinde imal tarihi, son kullanım tarihi ve seri numaraları belirtilmelidir.
9. Kullanılırken kullanılacak malzeme içinden geçerken rahat geçmeli ve katlantılara takılmamalıdır.
10. İstekliler ve teklif ettikleri ürünler T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi'ne(ÜTS) kayıtlı olmak zorundadır.
11. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
12. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uygunluk kararı kullanımdan sonra ve muayene komisyonunun onayı ile verilecektir. Ürünler için "Numune Listesinde" ayrıca numune sayısı belirtilmemiş ise bir adet numune bırakılacaktır.
13. Herhangi bir nedenle tüketilmeyen ürünler sözleşme süresince son kullanma tarihinden 3 ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.
14. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.
15. Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
16. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir. Hatalı üretim malzemenin alındığı hastanede ürünü teslim eden firma ilgili kliniğin iki kullanıcı hekimi tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilmesi ile firma 24 saatte malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez aynı malzemede üretim hatası ilgili branş hekimi tarafından tespit edilirse firma geri kalan tüm malzemeleri 24-48 saatte değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim için ücret talep edemez. Değişim için aynı ihalede teklif verilen ürünler arasından mevcut firmadan daha yüksek teklif veren ürünlerden birisi olmalıdır.

Hacer KEŞKUS
Taş. Kyt. Yet.

Muhammet Murat CINAR

AÇZACI
Muhammet

Hemşire
Erdem SOYLU