

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

11.11.2021

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . **KDV Hariç** en geç 16/11.2021 tarih ve saat 15:00 `a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65
Fax Numarası :0414 318 94 23
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

OP.DR.MEHMET GÜMER
BAŞHEKİM

İhtiyaç Listesi

| Sıra No | Malın / İşin Adı | Miktar | Birim | KDV HARIÇ BİRİM FİYATI | Tutar |
|---------------|---|--------|-------|---------------------------|-------|
| 1 | HEMODİYALİZ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM ONARIMI | 2 | YIL | | |
| 2 | | | | | |
| TOPLAM | | | | | |

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

GAMBRO MARKA HEMODİYALİZ CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif verecek firma bakım-onarım yapılacak diyaliz cihazı markasını kapsayan Yetkili Teknik Servis Belgesi'ne sahip olmalıdır.
2. Teklif verecek firma bakım-onarım yapılacak diyaliz cihazı markasını kapsayan TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
3. Teknik personelin ilgili cihaz marka ve modeli ile ilgili güncel eğitim sertifikaları olmalıdır (2019 yılı veya sonrasında alınmış olmalıdır).
4. Sözleşme kapsamındaki hemodiyaliz cihazlarında meydana gelebilecek arızaları önlemek cihazlarda herhangi bir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazların ömrünü uzatmak ve daha verimli çalışmalarını sağlamak amacı ile yıllık olarak periyodik bakımları fabrikanın servis manuelinde belirttiği bakım kitleri ile yapılmalıdır. Cihazlarda, üretici tarafından servis manuelinde belirtilen periyotlarda ve belirtilen türdeki PM Kit "Bakım Kitleri" kullanılması zorunludur. Teknik servis tarafından belirtilen kitler hastane tarafından orijinal ve kutusunda olacak şekilde ayrıca satın alınacaktır.
5. Sözleşme süresince müteahhit sözleşmede bakımı yapılacak olan hemodiyaliz cihazlarını çalışır halde tutacaktır.
6. İdare, cihazlarda meydana gelebilecek bir arıza için müteahhidi çağırdığı andan itibaren müteahhit en geç 2 iş günü içerisinde servis elemanını arıza mahalline gönderecek, servis elemanı söz konusu arızayı yerinde görüp, arızayı giderecek, arıza formunu düzenleyerek bir nüshasını bilgi için hemodiyaliz bölümüne, bir nüshasını faturanın ekinde idareye ve bir nüshasını da firmada saklanmak üzere kendisinde tutacaktır.
7. Kullanıcı hatası/hataları dışında gerekebilecek tüm yedek parçalar yüklenici tarafından sözleşme dahilinde ücretsiz olarak temin edilecektir. Yedek parça gerektiren arızalarda en geç 10 iş günü, yedek parça gerektirmeyen arızalarda ise en geç 5 iş günü içerisinde cihaz çalışır duruma getirilecektir.
10. İdare, sözleşme kapsamındaki hemodiyaliz cihazları için ister koruyucu bakım olsun ister arıza giderici müdahale olsun, tüm hizmetlerin yalnızca müteahhit tarafından yapılacağı hususunu temin edecektir.
11. Bakım esnasında cihazlara ve üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici firma sorumludur.
12. Bakım adı altında cihaza yılda 1 kez servis manuelinde belirtildiği şekilde idarenin madde 4'te belirtildiği şekilde satın aldığı bakım kitiyle bakım yapılacak, bunun dışındaki ziyaretler arıza müdahalesi ya da cihazın genel fonksiyonlarının kontrolü için olacaktır.
13. Yüklenici, cihaza yapacağı hertürlü müdahaleden sonra servis formu ile belgelendirecektir ve bunu klinik yetkilisine imzalatacaktır. Formun imzalı bir nüshası klinik yetkilisine teslim edilecektir.
14. İdare dışarıdan orijinal olmayan hiçbir yedek parçayı cihazda kullanılmak üzere temin etmeyecektir.
15. Madde 4'te bahsedilen bakım kiti "PM Kit" içeriği aşağıda verilmiştir:

- Air Filter AC/DC
- Air Filter Cover
- Particle filter (A, B ve C konnektörleri için)
- O-Ring (A, B ve C erkek- konnektörleri için)
- O-Ring (A, B ve C dişi-konnektörleri için)
- O-Ring Level Dedektör
- O-Ring Degassing Chamber (Alt ve Üst)
- O-Ring Dializör Konnektörü (Kırmızı ve Mavi)
- O-Ring Bicart tutucu (Alt ve Üst)
- O-Ring Ultrafiltre
- Bakım etiketi
- CHVA iki yollu valf (komple)
- CBVA üç yollu valf (komple)

16. Yıllık bakım dahilinde yapılması gerekenler aşağıda verilmiştir (PM Kitli Bakım):

- AC/DC filtre değişimi
- A, B, C konnektör partikül filtreleri değişimi
- A,B,C konnektör o-ringleri değişimi (dişi ve erkek)

Mehmet KOLAJ
Hemşire

Selçuk YILMAZ
Akçakale Devlet Hastanesi
Hemodiyaliz Birim Sorumlusu

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Hemodiyaliz Birim Sorumlusu