

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü  
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617  
Konu : Teklife Davet

11.11.2021

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . **KDV Hariç** en geç 16.11/2021 tarih ve saat 15:00 `a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65  
Fax Numarası :0414 318 94 23  
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Op.Dr.Mehmet GÜMER  
Başhekim

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	HOT PACK PEDI(BEL)	25	ADET		
2	HOT PACK PEDI(BOYUN)	20	ADET		
<b>TOPLAM</b>					

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma  
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

## HOTPACK PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Pedler, küflenmeye dayanıklı ve anti-bakteriyel özelliğe sahip özel bir sentetik kumaşla kaplanmış olmalıdır.
- 2) Pedlerin iç materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılmış olmalıdır.
- 3) Pedlerin içinde silikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden oluşmuş ısıyı muhafaza edici jel bulunmalıdır.
- 4) Pedleri asmak için askılık yeri olmalıdır.
- 5) Bel pedleri 10 altta 10 üstte 20 dilimli olacaktır.
- 6) Pedler sağlam iplikle dikilmiş olup, dikişler arasında sızdırma olmayacak.
- 7) Pedler boyun, bel bölgeleri için uygun boyutta olacak.
- 8) Boyun pedleri boynu saracak şekilde gerekli oval yapıya sahip olacak.
- 9) Pedlerin en az bir yıl garantisi olacak.

**Arif Emre ALAŞHAN**  
Fizyoterapist

**Uz.Dr. Remziye AKÇALI**  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı  
Akademi Kurumları Kurumları  
Etiler, Beşiktaş, İstanbul  
Diploma Tescil No: 125147

## GEREKÇE

Hastanemizin fizik tedavi ünitesinde kullanılmak üzere 25 adet bel 20 adet boyun hotpack pedine ihtiyacımız vardır. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

**Arif Emre ALAŞHAN**  
**Fizyoterapist**



*Uz.Dr. Remziye AKÇALI*  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı  
AKÇALI Remziye Fizyoterapistleri  
Denizli Bulvarı No: 049  
Diploma No: 125147

