

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

31.5.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç en geç 15.06.2019 tarih ve saat 16:00'a kadar Baştahipliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Dr.Şeyhmus GÖZ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	İ.V KANÜL BRANÜL/İNTRAKET NO:22G-MAVİ	12.000	ADET		
2	İ.V KANÜL BRANÜL/İNTRAKET NO:20G-PEMBE	4.000	ADET		
3	İ.V KANÜL BRANÜL/İNTRAKET NO:24G-SARI	12.000	ADET		
4	İ.V KANÜL BRANÜL/İNTRAKET ENJEKSİYON PORTLU 18G-YEŞİL	1.000	ADET		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
10. **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
11. **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
12. **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Musluklu olup, tek tek steril içeri nem geçirmeyen ve yırtılmayan kaplı glite ambalajlarda olmalıdır.
2. Her kanül üzerinde çap ve boyutları, yanında sıvı akış hızlarında bilgi için yazılmış olmalıdır.
3. Kanül üzerinde, üzeri kapalı ikinci bir yol (port) bulunmalı, kelebekli olmalı, kullanıldığı zaman kanül içerisinde geriye sıvı ve kan gelmesini engelleyici bir sistem olmalıdır.
4. Üzerinde imal ve son kullanım tarihleri olmalıdır.
5. İhale tarihinden itibaren en az 2 yıllık miad süresi olmalıdır. İstekli ürünün miadının dolmasına 3 ay kala yenisi ile değiştirecektir.
6. Kanül tek elle kullanılabilir dizaynda olmalıdır.
7. Kanül katater (dış kısmı) insan damar ve dokularına en uyumlu materyallerden FEP veya PTFE 'den yapılmış (teflon) olmalıdır. Radyopak olmalıdır.
8. İğne plastik kılıfı damara girerken çelik iğne ile uyumlu olmalıdır. Plastik dış kılıf, sıyrılma riskine karşı konik formda olmalı ve kanül ucunun başlama noktasına kadar uzanmalı ve kanül kullanma esnasında plastik kısım ciltten kolayca girebilmelidir.
9. Kateter damar içine girişte ve damara girdikten sonra kink (kırılma) yapmamalıdır.
10. Kateter damar içine girerken sıyrılmamalı, direnç göstermemeli, kolay girmelidir.
11. Renk kodu ile belirlenmiş 16G, 18G, 20G, 22G, 24G ve 26G gibi değişik boylara sahip olmalıdır.
12. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirecektir.

Ecz. F. Betül SARIÇI
Taş. Kyt. Yet.

ŞİŞLİ KEŞKÜŞ
Eczane
Hacer KEŞKÜŞ

Selahattin Tey
87

Betül