

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

10.11.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 13.11.2020 tarih ve saat 13:00`a kadar Baştaibiğimize elden, satinalmaakcd@gmail.com veya 0414 318 94 23 nolu fax`ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	TIBBİ GAZ JAKİ TIBBİ HAVA	15	ADET		
2	OKSİJEN TERAPİ CİHAZI TEK FLOWMETRELİ TEK MANOMETRELİ(NEMLENDİRME KABI İLE)	50	ADET		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
10. **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
11. **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
12. **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

HAVA 4 BAR FLOWMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MERKEZİ BİR KAYNAKTAN GELEN BASINÇLI HAVA AKIŞINI AYARLAMAK (LT/DAKİKA) AMAÇLI KULLANILMALI.
2. BASINÇLI HAVA FLOWMETRESİ ÜZERİNDE O2 İBARESİ BULUNMALIDIR.
3. 15 LT/DK AKIŞ SAĞLAYABİLECEK BİÇİMDE OLMALIDIR.
4. MEDİKAL 4 BAR'A UYGUN ABONE FİŞİ OLMALIDIR.
5. GÖSTERGE TÜPÜ OLMALIDIR.
6. METAL KISIMLARI PİRİNÇ MALZEMEDEN İMAL EDİLMELİ VE KROM NİKEL KAPLAMALI OLMALIDIR.
7. AÇIP KAPAMA DÜĞMESİNİN İĞNE TERTİBATI, AŞINMALARA KARŞI KROM MALZEMEDEN OLMALIDIR.
8. ÜZERİNDE MEVCUT GAZ MARKALANMALIDIR.
9. FİŞİN ÜZERİNDE GAZIN ADI (B.H4) SİLİNMEYECEK ŞEKİLDE MARKALANACAKTIR.
10. FLOWMETRENİN GÖVDE ÜZERİNE MARKA VE SERİ NUMARASI BASILMALIDIR.
11. MEVCUT BS FORMU B.H4 PRİZLERE ADAPTE OLMALIDIR.
12. NEBÜLİZATÖRE UYGUN HORTUM ÇIKIŞI OLMALIDIR.
13. HORTUM ÇIKIŞI KOLAYLIKLA TAKILIP ÇIKARILABİLİR OLMALIDIR.
14. KULLANIM HATALARI HARİÇ İKİ (2) YIL GARANTİ VE ON (10) YIL YEDEK PARÇA GARANTİSİ OLMALIDIR.

Haydar ÖZTÜRK
Nemsure

ONUR MELEK
Onur

Akçakale Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Sema BAYKARA SAYILI
Dip. Tes. No: 11423/136485
Acil Tıp Uzmanı

OKSİJEN TERAPİ CİHAZI TEK FLOWMETRELİ TEK MANOMETRELİ (NEMLENDİRME KABI İLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, pirinç malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
2. Bütün pirinç parçalar, korozyonu engellemek için krom ile kaplanmış olmalıdır.
3. Gaz akışı 0-15 lt/dak arasında ayarlanabilir olmalıdır.
4. Akışmetre gösterge camı kalibreli olmalıdır.
5. Gaz akışı istenilen miktarda sabitlenebilmelidir.
6. Su kabı tamamen çıkarıldığında, hastaya oksijen ile birlikte ilaç verebilmek için özel hortumluk bulunmalıdır.
7. Su kabı ve kapağı, 131 c° de otoklavda sterilize edildiğinde deforme olmamalıdır.
8. Ürün kalibrasyona uygun olmalıdır. Kalibre edilemeyen ürün idare tarafından kabul edilmeyecektir.
9. Oksijen flowmetresi hastanedeki merkezi oksijen sistemine uygun normda olacaktır.
10. Oksijen flowmetresinin kavanoz kapağında aşırı basınç oluştuğu durumda içerideki yoğunlaşmayı dışarıya tahliyesini sağlayacak emniyet valfi bulunmalıdır.
11. İstekliler ve teklif ettikleri ürünler T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi'ne(ÜTS) kayıtlı olmak zorundadır.
12. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uygunluk kararı kullanımdan sonra ve muayene komisyonunun onayı ile verilecektir. Ürünler için "Numune Listesinde" ayrıca numune sayısı belirtilmemiş ise bir adet numune bırakılacaktır.
13. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.
14. Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
15. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir. Hatalı üretim malzemenin alındığı hastanede ürünü teslim eden firma ilgili kliniğin iki kullanıcı hekimi tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilmesi ile firma 24 saatte malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez aynı malzemede üretim hatası ilgili branş hekimi tarafından tespit edilirse firma geri kalan tüm malzemeleri 24-48 saatte değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim için ücret talep edemez. Değişim için aynı ihalede teklif verilen ürünler arasından mevcut firmadan daha yüksek teklif veren ürünlerden birisi olmalıdır.

AYLA MER
Ay

Hayri ÖZKARAK