

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

09.03.2021

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** en geç 12.03.2021 tarih ve saat 15:00 'a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65
Fax Numarası :0414 318 94 23
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	DMS MARKA STRATOS MODEL KEMİK DANTSİTOMETRE CİHAZI TEKSEFERLİK BAKIM VE ONARIM	1			
TOPLAM					

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

**Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA**

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ
DMS MARKA STRATOS MODEL KEMİK DENSİTOMETRE CİHAZININ
TEK SEFERLİK BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ (YEDEK PARÇA/MAL ALIMI HARİÇ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) **İŞİN YERİ** : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi.
- 2) **İŞİN SÜRESİ** : 1 iş günü
- 3) **İŞİN TANIMI** : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi radyoloji biriminde kullanılan ve aşağıda teknik özellikleri ve bakım kapsamı belirtilen cihazların tek seferlik periyodik bakım ve onarım işidir.

DMS	STRATOS	KEMİK DENSİTOMETRE	1 ADET	1 DÖNEM
------------	----------------	---------------------------	---------------	----------------

Bakım Yapılacak Tıbbi Cihazların Periyodik Bakım İçerikleri

Her bir bakımda öncelikli olarak,

- ✓ Cihazın iç ve dış temizliği
- ✓ Cihaza ait bilgisayarın kontrolü ve temizliği
- ✓ Cihazın eksen hareketlerinin kontrolü
- ✓ Cihazdaki tüm kayış ve gergi tellerinin kontrolü
- ✓ Cihazın monoblock fan temizliği ve bakım
- ✓ Cihazın limit switch lerinin kontrolü
- ✓ Cihazın X-Ray seviyelerinin kontrolü
- ✓ Dedektör değerlerinin kontrolü
- ✓ Günlük Sistem Testi Geçmiş kontrolü
- ✓ Operatör ölçümlerinin kontrolü

4) ŞARTNAME KAPSAMI :

4.1 Tek seferlik bakım hizmeti, koruyucu bakım, kalibrasyon, arıza giderimi (parça gerektirmeyen onarım), işlerini kapsamaktadır.

4.2 Firma bakım ve onarım hizmetini başka bir firmaya devredemez.

5) GENEL ONARIMIN VE PERİYODİK BAKIM KAPSAMI:

5.1 Firma sistemin bakım ve kalibrasyonu için gerekebilecek her türlü aleti kendisi temin edecektir.

5.2 Firma öncelikle arızalı parçanın onarımı yoluna gidecek, eğer parçanın onarılması mümkün değilse kurumdan yenisini almasını talep edecektir.

5.3 Yüklenici firma cihazların arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçaların listesini ve orijinal teknik şartnamesini hastane idaresine firmaların açık adres ya da kaşesini taşıyan servis bakım belgeleriyle birlikte verecek, arızalı parçalar kurum onayı alındıktan sonra değiştirilecektir.

5.5 Bakım sırasında deęiřtirilmesi gereken paraların yerine orijinal paralar kullanılacaktır. Deęiřmesi gereken para ve sarf malzemeler idare tarafından tedarik edilecek, deęiřtirilen yedek paraların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine tutanakla teslim edilecektir.

5.6 Bakım ve kontrollerden sonra firma teknisyeni tarafından dzenlenerek imzalanmıř u nüsha SERVİS FORMU ile birlikte ekinde bir suret Test prosedürlerine Uygun TÜRKE yazılmıř KORUYUCU BAKIM FORMU (Check-List) řeklinde Hastane Klinik Mühendislik Birimine teslim edilecektir. Servis formunun ikinci sureti teknik komisyonuna ya da Klinik Mühendislik Sorumlusuna teslim edilecektir. Üüncü nüsha firmanın kendisinde kalacak ilk nüshası hak ediř talebi yapılırken faturayla birlikte idareye (muayene kabul birimine) sunulacaktır. Sonradan doldurularak gönderilen servis formaları kabul edilmeyecektir.

5.7 Yüklenci firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servis bilgisi dahilinde de cihazlara müdahale edecektir.

5.8 Hastane idaresi tarafından yükleniciden temin edilen para ve sarf malzemeler idarenin belirleyeceęi tarihte, firma tarafından cihaza ücretsiz takılacaktır.

5.9 Arızalı cihazlar kurum dıřına çıkarılmayacak, yerinde tamir edilmesi için gerekli yer kurum tarafından sağlanacaktır. Ancak her türlü alet firma tarafından temin edilecektir.

6. TEKLİF DOSYASINDA İSTENEN BELGELER:

6.1 Bakım onarım yapacak firma Ticaret Bakanlığı Satıř Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya TSE 12426 standardı " Yetkili Servisler-Tıbbi Cihazlar için Kurallar" kriterlerine sahip olmalıdır veya Satıř Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi kapsamı dıřında olduęuna dair Ticaret Bakanlığı'ndan alınmıř KAPSAM DIŐI yazısını sunacaktır.

6.2 Firma teknik servis hizmetlerinde alıřtıracaaęı teknik personel isim, unvan listesi ve eęitim sertifikalarını sunacaktır.

6.3 Bakımı üstlenecek firmanın; üretici veya distribütör firmalar için, Ticaret Bakanlığı Satıř Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya ürünün kapsam dıřı olduęuna dair belge, ilgili cihazın teknik servisi için Türkiye genelinde tek yetkili distribütör olduęunu gösteren belge veya servis vermeye yetkili olduęunu gösterir üretici firmadan veya distribütörden sözleşme yılı için hastanemize hitaben yazılmıř yetkili servis belgesi veya bayilik belgesi ile teknik servis personeli eęitim sertifikalarını idareye sunacaktır.

6.4 Bakım onarım hizmetini yapacak olan teknik servis elemanlarının bakım onarım yapacakları cihazları kapsayan yeterli teknik eęitimi aldıklarını ve yetkilendirildiklerine dair belge ve eęitim sertifikaları sunulacaktır.

6.5 Bakım anlaşma kapsamında hizmeti sunacak teknik servis sağlayıcılarının ve bu kuruluřta görev yapan ilgili teknik personelin ÜTS ' de kayıtlı olmalıdır

Yunus Deyi
Radyoloji Sorumlusu
SERDAR CETİN
Onur Mert
HEMSİRE