

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

13.10.2021

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** en geç 15/10/2021 tarih ve saat 15:00 'a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65
Fax Numarası :0414 318 94 23
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Mehmet GÜMER
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARİC BİRİM FİYATI	Tutar
1	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE222-O RİNGLİ İOLİK SARMA GEÇİRGENLİK 0,33 MİKRON BOYU 20 İNÇ	30	ADET		
2	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE222-O RİNGLİ İOLİK SARMA GEÇİRGENLİK 5 MİKRON BOYU 20 İNÇ	30	ADET		
3	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE222-O RİNGLİ İOLİK SARMA GEÇİRGENLİK 10 MİKRON BOYU 20 İNÇ	30	ADET		
4	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE222-O RİNGLİ İOLİK SARMA GEÇİRGENLİK 20 MİKRON BOYU 20 İNÇ	30	ADET		
TOPLAM					

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.


EK: Teknik şartname


Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA


Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

SU ARITMA SİSTEMİ FİLTRESİ ŞARTNAMESİ

- 1-Filtrenin yapısı eritilmiş polipropilen iplik yapıda olmalıdır.
- 2-Kesintisiz filament yapıda ve filtrasyon hassasiyeti yüksek çift oringli yapıda olmalıdır.
- 3- Teklif edilen ürüne ait İSO belgesi ve NSF (Gıda Güvenlik Sertifikası) olmalıdır.
- 4-Ürünün teknik bilgileri etiket üzerinde görülmelidir ve ürün etiketi ambalajın iç kısmında olmalı ve üretim aşamasında konmalıdır.
Etiket üzerinde
 - a- Nominal filtrasyon micron seviyesi
 - b- Filtrenin Boyu (inç veya mm birim cinsinden)
 - c- Filtrenin iç çapı (inç veya mm birim cinsinden)
 - d- Filtrenin ISO ve NSF belgelendirilme işareti
 - e- Ürün marka bilgileri ve içeriği
 - f- Ürün etiketi üzerinde ürün lot numarası ve üretim tarihi olmalıdır.
- 5- Ürün 90 °C ısıya mukavemet gösterebilmelidir.
- 6- Ürüne ait ısı ve kimyasal maddelerde kullanım tablosu olmalıdır.
- 7- Ürünün dış muhafazası için kullanılan PVC, vakumlu poşet olmalıdır. Filtrenin ambalaj poşetini hijyenik açmak için açma iplik sistemine sahip olmalıdır.
- 8-Ürün bilgilerinin olduğu etiket, vakumlu poşet içinde bulunmalıdır. Etiket üzerinde ürün bilgileri Türkçe olmalıdır.
- 9-Filtreler hastanemizde kullanmakta olduğumuz housinglere tam uyumlu olmalıdır.
- 10-Filtrenin içindeki PE destek kafesi tek parçalı olmalıdır. Filtre orta noktasından bükülmemeli ve kırılmamalıdır.
- 11-Ünitimizde kullanılan 20 inç çift oringli housinglere tam uygun 30 Adet 1/3 ,30 Adet 5, 30 Adet 10, ve 30 Adet 20 micron mertebesinde olmalıdır.
- 12-filtreler kartuş filtre özelliğinde olmalıdır


Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi


Onur MERT
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi


Selçuk YILMAZ
Akçakale Devlet Hastanesi
Hemodiyaliz Birim Sorumlusu