



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

19.10.2022

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	HİDROLİK AMORTİSÖRLÜ SEDYE	10	ADET			
2	ASPIRATÖR CİHAZI	3	ADET			
3	TEKERLEKLİ SANDALYE(YETİŞKİN)	20	ADET			
4	ORTAM SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜM CİHAZI/ TERMOHİGROMETRE	20	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 26.10.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	Firma Yetkilisi
Adı Soyadı/ Ünvanı	
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

NOTLAR:

1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ ACİL MÜDAHALE YATAĞI/SEDYESİ

TEKER ÇAPI	200 MM
TEKER ÇAPI 2(MM)	HAYIR
5. TEKER MARKA	TENTE / KAMA / EMES
5. TEKER ÇAPI	125 MM
ANTİSTATİK TEKERLEK SAYISI	YOK
TEKERLEK KİLİT MEKANİZMASI	MERKEZİ KİLİT SİSTEMİ
TEKER MARKA	TENTE/ HAION / RHOMBUS
KULLANIM TİPİ	ACİL MÜDAHALE
TRENDELENBURG ÖZELLİĞİ	TRENDELENBURG+TERS TRENDELENBURG
KORKULUK SAYISI	2 ADET
KORKULUK MALZEMESİ	METAL PROFİL+ALÜMİNYUM
METAL YAPISI	KUTU PROFİL
METAL YAPISI 2	BORU PROFİL
METAL YAPISI 3	HAYIR
METAL KALINLIĞI	KUTU PROFİL İÇİN 1,2-3 MM
METAL KLİNLİĞİ 2	BORU PROFİL İÇİN 1,2-2 MM
METALİN BOYA ÖZELLİĞİ	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA (BOYA KALINLIĞI DEĞERİ MİN:40
X RAY ÖZELLİĞİ	EVET
YATMA YÜZEYİ MALZEMESİ	KOMPAKT
KORUYUCU TAMPON SAYISI	4 ADET
KORUYUCU TAMPON ÇAPI	125 MM
HİDROLİK KUVVETİ	4500 N
SERUM ASKISI ÖZELLİĞİ	PASLANMAZ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLUP,ET KALINLIĞI 1,2 MM, DIŞ
SERUM ASKISI ÖZELLİĞİ 2	BORU ÇAPI 25 MM VE İÇ BORU ÇAPI 19 MM DİR
SEDYE EN	PASLANMAZ MALZEME
SEDYE BOY	84 CM
SEDYE MİN YÜKSEKLİK	214 CM
SEDYE MAX YÜKSEKLİK	60 CM
ŞİLTE ÖZELLİĞİ	90 CM
ŞİLTE ÖZELLİĞİ 2	32 DANSİTE ŞİLTE
HİDROLİK YAPILAN HAREKETLE	HAVA GEÇİRGENLİĞİ OLAN SIVI GEÇİRMİYEN, DİKİŞSİZ KAYNAK İLE
MEKANİK YAPILAN HAREKETLE	BİRLEŞTİRİLEN ÖZEL KILIFLI ŞİLTEDİR
ŞİLTE EN	TRENDELENBURG+TERS TRENDELENBURG+YÜKSEKLİK
ŞİLTE BOY	SIRT KISMI AMORTİSÖR YARDIMIYLA HAREKET ETMELİDİR
ŞİLTE YÜKSKLİK	64 CM
	198 CM
	8 CM
AÇIKLAMALAR	
Ürün üzerinde ekstra olarak oksijen tüp yuvası ve tel sepet bulunmalıdır	
Üründe kullanılan malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.	
Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları , "Tolerans değerler listesinde" belirtilmiştir	
Not-2: kataloğa alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esanslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans değerler listesinde" belirtilmiştir.	
Not-3: Metal boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır.Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.	

Haydar
Acil Birim Sorumlusu

Alçakale Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mehmet Emin TAYAN
Dip. Tez. No: 162476
Acil Birim Sorumlusu

Uz. Dr. Yunus ESEN
Asil Tıp Uzmanı
Dip. Tez. No: 162476
Akçakale Devlet Hastanesi

