



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

13.09.2022

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	ALJİNAT ÖLÇÜ MADDESİ	150	ADET			
2	BOL KAŞIĞI	3	ADET			
3	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN YEŞİL KUŞAK(ALEV UÇ)	200	ADET			
4	DENTAL POMZA 500 GR	5	ADET			
5	ÇELİK FREZ-ROND ANGULDURVA için	150	ADET			
6	TUNGSTEN CARBİDE FREZ ANGULDURVA İÇİN (ROND)	150	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 20.09.2022- 12.00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

- NOTLAR:
1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
 3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tlf : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

ALJİNAT ÖLÇÜ MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alçılarla uyumlu olmalıdır.
2. Toz yaymamalıdır.
3. En az 400gr'lık ambalajlarda olmalıdır.
4. Tadı, emetik refleksi engellemek için meyve aromalı olmalıdır.
5. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olmalıdır. Ürünün son kullanma tarihi ve lot numarası, sonradan değişime imkân vermeyecek şekilde orijinal ürün ambalajı üzerinde bulunmalıdır.
6. Elastik geri dönüş kapasitesi en az %98 olmalıdır.
7. Kalıcı deformasyon en fazla %13 olmalıdır.
8. Basınca Dayanıklılık en az 1 MPa olmalıdır.
9. Orijinal ambalajında olmalıdır.
10. Sertleşme süresince renk değiştirmemelidir.
11. Karıştırma süresi en fazla 30sn, ağız boşluğunda kalma süresi en fazla 45 sn, toplam çalışma süresi en fazla 1dakika 15sn olmak üzere toplam donma süresi en fazla 2 dakika 30 saniye olmalıdır.
12. Türkçe kullanma kılavuzu ihale dosyasında veya numune ile birlikte sunulacaktır. Teslimat sırasında muayene komisyonuna da ürünle birlikte verilecektir.
13. Ürünle birlikte her 12 poşet için 1 adet su/toz ölççeği verilecektir.
14. Orijinal kullanım kılavuzunda ya da ambalaj üzerinde teknik şartnamede yazan özellikler belirtilmelidir.
15. İstekli, teslim ettiği ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.
16. **Ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.**
17. Ürünler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.

Dt. Ramazan ÖNER
Dip. Tes. No: 37764
Akçakale Devlet Hastanesi

Dt. Sadık ÇİFTÇİ
Dip. Tes. No: 48226
Akçakale Devlet Hastanesi

Dt. Betül Kübra ERİK
Akçakale Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 43226

BOL KAŞIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelikten olmalıdır.
2. Esnek olmalıdır.
3. Plastik saplı olmalıdır. Plastik sap-çelik bağlantısı sağlam olmalıdır, kolayca ayrılmamalıdır.
Metal kısmında kesici yüzeyler olmamalıdır


Dt. Ramazan ÖNER
Dip. Tes. No: 37764
Akçakale Devlet Hastanesi


Dt. Sadık ÇİFTÇİ
Dip. Tes. No: 48226
Akçakale Devlet Hastanesi


Dt. Betül Kübra ERİK
Akçakale Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 48226

ELMAS FREZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Orijinal ambalajında olacaktır. Ambalaj üzerinde markası ve numarası yazılı olacaktır.
2. Frezlerin üzeri elmas kaplı olacaktır.
3. Elmaslar belirgin düzgün ve parlak olacaktır.
4. Frezler yeşil, sarı veya siyah kuşaklı olacaktır. Muayene komisyon tarafından kaç adet siyah, sarı veya yeşil kuşak verileceği belirlenecektir.
5. Formları ve boyutları muayene komisyonu tarafından seçilecektir.
6. Ürünün ambalajı üzerinde lot numarası yazılı olmalıdır.
7. İstekli, teslim ettiği ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.
8. **Ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.**
9. Ürünler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.

Dt. Ramazan ÖNER
Dip. Tes. No: 37764
Akçakale Devlet Hastanesi

Dt. Sadık ÇİFTÇİ
Dip. Tes. No: 48226
Akçakale Devlet Hastanesi

Dt. Betül Kübra ERİK
Akçakale Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 43226

DENTAL POMZA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Toz halinde ve ince kumlu olmalıdır.
1. En az 500 gr'lık ambalajlarda olmalıdır

Dt. Ramazan ÖNER
Dip. Tes. No: 37764
Akçakale Devlet Hastanesi
37764
Akçakale Devlet Hastanesi

Dt. Sadık ÇİFTÇİ
Dip. Tes. No: 46226
Akçakale Devlet Hastanesi

Dt. Betül Kübra ERİK
Akçakale Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 43226