



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617

20.07.2022

Konu : Teklife Davet

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65

Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	TRANSPORT KÜVÖZ SEDYESİ	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 25.07.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

NOTLAR:

1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi

Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17,
63500 Akçakale/Şanlıurfa

E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma

Tlf : 0 414 3189300- Dahili:9465

Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

KUVEZ SEDYE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1 Sedye üzerinde; sedyenin seri numarası, imalat tarihi, tipi, CE ibaresi, üretici firmanın unvan ve adres bilgilerinin yer aldığı ürün etiketi bulunmalıdır.
- 2.1 Özel alaşımlı alüminyum borulardan ve değişebilir akıtma dökümlerden oluşmalı, Sedye alüminyum boru aksamı elektrostatik RAL kodlu toz boya ile Alüminyum dökümleri ise RAL boya ile boyanmış olacaktır. İstenildiğinde boya özelliği belgelendirilecektir.
- 3.1 Sedye için, Uzunluk 1900 +20,-50mm. Yükseklik (kapalı) 290 +/- 50mm. Yükseklik (açık) 690 +/- 50mm. Genişlik 520 +/- 20mm. Ebatlarında olmalı ve en az 160 kg. taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Sedye ağırlığı en fazla 36 kg. olmalıdır.
- 4.1 Sedye mevcut kilit koluna basılarak araç içine doğru itilince ayakları katlanmalı ve kilitleme mekanizması kilitlenmelidir.
- 5.1 Sedeyi çıkarmak için, kilit butonuna basılarak, sedye geriye doğru çekilerek araç dışına çıkarıldığında ön ve arka ayakları kendiliğinden açılmalıdır. Bu sistem ile sedyenin bir kişi tarafından rahatlıkla ambulansa yüklenmesi ve ambulandan çıkartılması sağlanmalıdır.
- 6.1 Yüklendiğinde hasta bölmesi tabanına yerleştirilmiş, deforme olmayan emniyetli bir kilit sistemiyle bağlanabilir olmalıdır.
- 7.1 Sedye ayakları 4 adet 150*32 mm. çapında 2 adeti sabit frenli, 2 adeti şarhoş özellikli tekerleklerle donatılmış olmalıdır.
- 8.1 Sedye, imalat hatalarına en az 2 yıl garantili olmalı ve 10 yıl süre ile yedek parça temin garantisi verilmelidir.
- 9.1 Ayak kısmı tek kademede kaldırılabilmelidir.
- 10.1 Sedyenin her araca rahatlıkla yükleyebilmesi için hareketli ön teker mekanizması bulunmalıdır.
- 11.1 Sedye özel bir koli içinde teslim edilmelidir.Koli üzerinde üretici firma loğoları ve bilgileri renkli şekilde baskılı yer almalıdır.
- 12.1 Koli üzerinde iç muhteviyatın yer aldığı tanıtım ve seri numarası etiketi yer almalıdır.
- 13.1 Sedye en az iki yıl garantili olmalıdır.