



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

18.01.2022

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S. N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/TİTUBB	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	FAKO TUBİNG SETİ DİSPOSABLE(TEK KULLANIMLIK)	70	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 24/01/2022 - 14:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	
Faks	Kaşe ve İmza
E-mail	

- NOTLAR: 1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. **Ödeme;** muayene kabul işlemi yapıldıktan sonra damga vergisi ile varsa vergi borcu vedüşülerek **250 gün** içerisinde yapılır
3. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
4. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
5. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
6. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
e-posta : satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0 414 471 40 03 - 0 414 318 94 65

**FAKO TUBİNG SETİ DİSPOSABLE (SİGNATURE MARKA UYUMLU)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. AMO SİGNATURE model fako cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Tubing set hem peristaltik hem de venturi pompa sistemine uygun olmalıdır.
3. Steril edilmiş ambalajda olmalıdır. Gama ışını sterilizasyonuna tabi tutulmuş olmalıdır ve ambalajda sterile R olarak belirtilmiş olmalıdır.
4. Tubing seti paketi içerisinde mavi renkli manifold, I/A tubingler, atık torbası ve kan setinden oluşan tubing set, cihaz önündeki tepsiyi örtmek için bir adet steril şeffaf örtü (mayo standdrape) olmalıdır. Eğer paket içerisinde bu malzemeler yok ise ayrıca verilmelidir.
5. Orijinal ambalaj üzerinde barkod, son kullanım tarihi, üretici firma bilgileri mutlaka bulunmalıdır.
6. Ürünler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.
7. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
8. 2 adet numune verilecektir.

Mehmet Ali Güler

Ahmet

Murat ORAN

M

Uzm. Dr. Mehmet TAYFUR
Akçayağzı Devlet Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 143910