



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

07.06.2022

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN ÇİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	KARYOLA EL VE AYAK SABİTLEME KEMERİ YETİŞKİN	1000	ADET			
2	C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI KILIFI DEDEKTÖR TEK KULLANIMLIK	1000	ADET			
3	EKG JELİ	500	ADET			
4	OTOREFRAKTOMETRE KAĞIDI RULO 56 MM X 30 M	100	ADET			
5	ENDOSKOPİK KAMERA KORUYUCU KILIF 14 CM X 250 CM	1000	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 13.06.2022 SAAT: 14.00

Teklif veren firmanın Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

NOTLAR: 1. Teknik şartnameyi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17,
63500 Akçakale/Şanlıurfa
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

KARYOLA EL VE AYAK SABİTLEME KEMERİ YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tedavi altında yetişkinlerin ajite olduğu durumlarda, kendilerine zarar vermelerini engelleyecek tarzda, el bileklerini soft bir şekilde kavramalıdır.
2. Ürünün yapısı cilde uyumlu olmalıdır. Terleme, masaraysan ve cilde bası gibi etkileri meydana getirmemesi için; cilde gelen tarafı pamuklu kumaş, orta kısmı soft kavrama için 8 mm sünger, üst kısım sabitleme işleminin güvenliği için şardonlu (tüylendirilmiş) polyamid kumaş olmalıdır.
3. Uygulanması güvenli, pratik ve şık olmalıdır.
4. Sabitleyicinin gövde genişliği 60 mm ve gövde uzunluğu her türlü bileğe uygulanacak ölçüde olabilmesi için 250 mm olmalıdır. Uygulayıcı ayakları uygun mesafede sabitleyebilmesi için sabitleyicinin velkro bağlantısının altına yerleştirilmiş 750 mm'lik iki kuşak olmalıdır.
5. Kuşaklar 20 mm.eninde ve dayanıklılığı yüksek olması için sentetik malzemedan üretilmiş olmalıdır. Uygulamanın hiçbir evresinde uçları kesinlikle açılmamalıdır, dokuması aralanmayacak tarzda sık ve güçlü olmalıdır.
6. Kilitleme işleminin güvenli ve pratik olması için; sabitleyicinin bir ucuna zarf dikişi ile tutturulmuş olmalıdır.50 mm. Eninde ve 100 mm.uzunluğunda velkro parça olmalıdır. Sabitleme işleminin ürünün üst katını oluşturan tüylü kumaşa uygun mesafede yapılmalıdır.
7. Sabitleyici için verilen ölçülerde (\pm) 5 oranında opsiyon olmalıdır.
8. Ürün, şeffaf poşet içinde TEKLİ olmalıdır.
9. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
10. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uygunluk kararı kullanımdan sonra ve muayene komisyonunun onayı ile verilecektir.
11. Herhangi bir nedenle tüketilmeyen ürünler sözleşme süresince son kullanma tarihinden 3 ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.
12. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.
13. Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
14. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir. Hatalı üretim malzemenin alındığı hastanede ürünü teslim eden firma ilgili kliniğin iki kullanıcı hekimi tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilmesi ile firma 24 saatte malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez aynı malzemedan üretim hatası ilgili branş hekimi tarafından tespit edilirse firma geri kalan tüm malzemeleri 24-48 saatte değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim için ücret talep edemez. Değişim için aynı ihalede teklif verilen ürünler arasından mevcut firmadan daha yüksek teklif veren ürünlerden birisi olmalıdır.

Yunus DOĞAN
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Onur MERT
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Gülşah GÜNEŞ
HEMSİRE